

**ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH**  
**APARAT EKG**

Wykonawca:

Producent:

Model:

| LP | PARAMETR   | PARAMETR<br>WYMAGANY   | PARAMETR<br>OFEROWANY |
|----|--|--|-----------------------|
| I  | INFORMACJE OGÓLNE  |  |                       |
| 1  | Typ/model, wytwórca  | podać  |                       |
| 2  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020<br>Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych,<br>rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać   |                       |
| II | CHARAKTERYSTYKA  |  |                       |
| 1  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie:  | 1, 3, 4, 6 i 12<br>odprowadzeń EKG   |                       |
| 2  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015  | TAK  |                       |
| 3  | Klawiatura alfanumeryczna  | TAK  |                       |
| 4  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu   | TAK  |                       |
| 5  | Detekcja stymulatora serca   | TAK  |                       |
| 6  | Wbudowany ekran graficzny  | kolorowy,<br>umożliwiający<br>jednoczesny, czytelny<br>podgląd 12 kanałów<br>EKG |                       |
| 7  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru: 110-112 mm  | TAK  |                       |
| 8  | Zapis w trybie ręcznym (manual)  | TAK  |                       |
| 9  | Zasilanie  | sieciowe i<br>akumulatorowe,<br>akumulator<br>bezobsługowy wraz z                |                       |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | ładowarką<br>wbudowany wewnątrz<br>aparatu (ok. 150<br>badań)   |  |
| 10 | Prędkość przesuwu papieru:   | 5/10/25/50 mm/s   |  |
| 11 | Czułość  | 2,5/5/10/20 mm/mV   |  |
| 12 | Filtr zakłóceń sieciowych  | 50/60 Hz  |  |
| 13 | Filtr zakłóceń mięśniowych   | 25/35/45 Hz   |  |
| 14 | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK   |  |
| 15 | Automatyczny test aparatu  | TAK   |  |
| 16 | Wyposażenie standardowe  | Po 1 komplecie<br>elektrod piersiowych<br>przyssawkowych (6szt.)<br>i kończynowych<br>klipsowych (4 szt) dla<br>dorosłych, 1 komplet<br>kablí, żel 0,5l, papier<br>112 mmx25m 1 rolka |  |

**UWAGA:**

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

.....  
(podpis wykonawcy)