

**ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH**  
**PULSOKSYMETR BATERYJNY NA PALEC**

Wykonawca:

Producent:

Model:

LP	PARAMETR	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
I	INFORMACJE OGÓLNE		
1	Typ/model, wytwórca	podać	
2	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.	TAK, podać	
II	CHARAKTERYSTYKA		
1	Wyświetlacz	128X64 piksele, kolorowy	
2	Saturacja	Zakres 70-100% SpO2, dokładność +/- 2%	
3	Tętno	Zakres 25-250 bpm. Dokładność pomiaru (+/-3%)	
4	Sensory	Światło czerwone 660 nm (długość światła), światło podczerwone: 905 nm	
5	Źródło zasilania	2 baterie 1,5V typu AAA	

6	Gwarancja	24 miesiące	
---	-----------	-------------	--

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

.....  
(podpis wykonawcy)