



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, 29.10. 2020r.

Odpowiedzi na pytania ssaki elektryczne na podstawie jezdnej.

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności 30l/min i podciśnieniu 90kPa, poziom hałasu 37dB?

Odp. Dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach: 985x 510x 470mm i wadze 16kg?

Odp. dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy zbiornik o poj. 2,5l lub 1,5l z poliwęglanu przeznaczony do wkładów jednorazowych? Pojemność do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy zbiornik autoklawowalny o poj. 2l z polisulfonianu z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem?

Odp. dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści ssak z 3 trybami wydajności: 40l/min; 50l/min i 60l/min i podciśnieniu 95kPa; poziom hałasu przy ustawionej wydajności 40l/min – 38,8dB?

Odp. Nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny przeznaczony do odsysania dróg oddechowych i drobnych zabiegów o wydajności 18l/min i podciśnieniu 75kPa, o wadze 8,5kg, poziom hałasu 42dB; o wymiarach 450x 410x900mm, zbiornik zabezpieczający przed przelaniem w postaci filtra hydrofobowego/antybakteryjnego?

Odp. dopuszcza



