

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2  
TEL (0 - 22) 47-35-127      FAX (0-22) 613-19-92  
e-mail: zamowienia@mssw.pl      internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 09.12.2020 r.

**WYJAŚNIENIE**

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę stymulatorów serca, wszczepialnych kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, akcesoriów do implantacji oraz obłożeń operacyjnych (powtórzenie)** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-55/N/20 (ogłoszenie w DUUE z dnia 20.11.2020 r. nr 2020/S 227-556546)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane w dniach 01-04.12.2020 r.

Treści pytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

**Pytanie 1**

**Dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 3)

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

**Dot. projektu umowy**

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

**Dot. projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 17 – 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**

**Dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust.: 2, 3, 5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego produktu farmaceutycznego złej jakości, ponad termin określony umową, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego produktu farmaceutycznego;**
  - b) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego produktu farmaceutycznego ponad termin określony umową, z zastrzeżeniem ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie zamówionego produktu farmaceutycznego.**
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto.
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wartości umowy brutto.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 5**

##### **Dot. Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 220 x 320 cm, otwory o śr. 10 cm, wzmocnienie wokół otworów, foliowa wstawka po obu stronach – 1 szt.
- Fartuch XL – 1 szt.
- Fartuch L – 1 szt.
- Serweta 75 x 90 cm – 1 szt.
- Powłoka ochronna przezroczysta 70 x 80 cm – 1 szt.
- Powłoka ochronna przezroczysta 90 x 100 cm – 2 szt.
- Skalpel nr 10 z rączką rozmiar – 1 szt.
- Strzykawka typu Luer trzyczęściowa o objętości 20 ml – 2 szt.
- Strzykawka typu Luer trzyczęściowa o objętości 10 ml – 1 szt.
- Kompresy 10 x 10 cm 16 warstwowe – 50 szt.
- Igła 1,2 – 1 szt.
- Igła 0,8 – 1 szt.
- Serwetki do rąk 30 x 30 cm – 2 szt.
- Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy, wymiar min. 90 x 150 cm – 1 szt?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

#### **Pytanie 6**

##### **Dot. Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną etykietę z 4 naklejkami typu TAG do dołączenia do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

## **Pytanie 7**

### **Dot. Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności zestaw w skład, którego wchodzi:

1. Serweta operacyjna samoprzylepna (IS) 240x150cm 1 szt.

Jednorazowa serweta z taśmą przylepną w części bocznej, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, dzięki czemu jest wodoodporna i chłonna.

Szerokość (część samoprzylepna): 240cm; Długość: 150cm; Taśma lepna 90x5cm.

2. Obłożenie do wszczepiania rozrusznika 240x350cm 1 szt.

Wzmocnione obłożenie do wszczepiania rozrusznika 240x350cm z taśmą samoprzylepną 30x33cm i owalnymi otworami 20x12cm z folią chirurgiczną. Boki z transparentnego polietylenu.

Całkowita szerokość 240cm; Całkowita długość 350cm; Boki 50cm; Folia chirurgiczna 12x20cm.

3. Serweta operacyjna samoprzylepna (IS) 75x90cm 1 szt.

Sterylna jednorazowa serweta z dwuwarstwowego laminatu, jedna z warstw jest wodoodporna.

Szerokość 90cm; Długość 75cm.

4. Fartuch chirurgiczny standard (SMS), „L” + 2 ręczniki celulozowe 30x34cm – 2 szt.

Jednorazowy fartuch, z włókniny z dobrą przepuszczalnością powietrza, wodoodpornej i elastycznej, Regulowany zapięciem na rzepy przy szyi, troki oraz cztery paski. Fartuch wewnętrznie zapakowany w serwetę z papieru krepowego. Zawiera dwa ręczniki chłonne z celulozy (30x34cm).

Szerokość w klatce piersiowej: 72cm; Szerokość na dole: 164cm; Długość rękawa: 54cm; Długość całkowita: 138cm; Długość mankietu: 9cm.

-SMMMS (35g/m<sup>2</sup>): Polipropylen pięciowarstwowy (SMMMS)

5. Fartuch chirurgiczny standard (SMS), „XL” + 2 ręczniki celulozowe 30x34cm – 1 szt.

Jednorazowy fartuch, z włókniny z dobrą przepuszczalnością powietrza, wodoodpornej i elastycznej, Regulowany zapięciem na rzepy przy szyi, troki oraz cztery paski. Fartuch wewnętrznie zapakowany w serwetę z papieru krepowego. Zawiera dwa ręczniki chłonne z celulozy (30x34cm).

Szerokość w klatce piersiowej: 75cm; Szerokość na dole: 168cm; Długość rękawa: 62cm; Długość całkowita: 147cm; Długość mankietu: 9cm.

-SMMMS (35g/m<sup>2</sup>): Polipropylen pięciowarstwowy (SMMMS)

6. Strzykawka 2-częściowa LS 10ml – 1 szt.

7. Strzykawka 2 - częściowa LS 20ml – 2 szt.

8. Igła 1,20 x 40 – 1 szt.
9. Igła 0,8 x 25 – 1 szt.
10. Skalpel nr 10 niebieski – 1 szt.
11. Kompresygazowe o wymiarach 10x10cm, 17nitkowe, 16 warstwowe– 50 szt.
12. Osłona na aparaturę 90x80cm prostokątna– 1 szt.

Polietylenowa osłona z elastyczną gumką do umocowania.

13. Osłona na aparaturę 75x110cm prostokątna– 2 szt.

Polietylenowa osłona z elastyczną gumką do umocowania.

Opis techniczny:

1. Serwety chirurgiczne poz. 1,2,3 wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy 278 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro. 249,5 / 226,3kPa, wytrzymałość na rozciąganie sucho/mokro min. L162/T74 / L158,6 T69,7.
2. Fartuchy -SMS(35g/m<sup>2</sup>):Polipropylen pięciowarstwowy (SMMMS), znakomita spójność. Odporność na przenikanie cieczy 34,9 cm H<sub>2</sub>O , odporność na Wypychanie na sucho 140,00kPa i na mokro 84,1kPa
3. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795
4. Wszystkie produkty oznakowane są znakiem zgodności CE zgodnie z Europejską Dyrektywą 93/42/CE dla Wyrobów Medycznych, producent wdrożył system zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normami: ISO9001; ISO 13485 i ISO 14001

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Witold Pikto - Pietkiewicz