

W odpowiedzi na zadane pytania:

Dot. Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dotykowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości (1280x768) i przekątnej 10,1’’?

Ad.Tak

Dot. Pkt 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć wewnętrzną 240 godzin trendów graficznych i tabelarycznych oraz 200 zdarzeń alarmowych z krzywymi dynamicznymi? Obecny zapis „1200/120 godzinny” jest niezrozumiały.

Ad.Tak

Dot. Pkt 11

Jakiego typu złącze ma posiadać przewód do czujników SpO2 – czy ma on być kompatybilny z czujnikami Philips, Masimo i Nellcor wykorzystywanymi w Państwa szpitalu?

Tak

Dot. Pkt 16

Ponieważ kardiomonitor ma być umieszczony na statywie jezdnym czy wymagana jest zwiększona odporność na wstrząsy występujące przy transportowaniu sprzętu?

Ad.Tak