



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dn. 15.09.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do zapytania ofertowego na zakup zestawu: łóżko elektryczne, szafka przyłóżkowa 25szt.

W dniu 15.09.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści przewodnice suwne?
Odp. TAK

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 25 szt.

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści leże 850 mm szerokość?
Odp. NIE dopuszcza
2. Czy Zamawiający w pkt. 9 opisu dopuści segment oparcia pleców bez wskaźnika optycznego?
Odp. NIE dopuszcza
3. Czy Zamawiający w pkt. 12 opisu dopuści pilot z możliwością blokady selektywnej funkcji?
Odp. TAK dopuszcza
4. Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe szerokości 80 mm każdy, po kilka lameli w każdym segmencie leża?
Odp. NIE dopuszcza
5. Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu dopuści przedłużenie o 200 mm?
Odp. NIE dopuszcza
6. Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu dopuści barierki metalowe składane wzdłuż ramy leża na $\frac{3}{4}$ długości składane za pomocą dźwigni pod leżem?
Odp. NIE dopuszcza
7. Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu dopuści barierki metalowe składane wzdłuż ramy leża na $\frac{3}{4}$ długości składane za pomocą dźwigni pod leżem z dodatkowym protektorem w części nóg zabezpieczający pacjenta na całej długości?
Odp. NIE dopuszcza

8. Czy Zamawiający w pkt. 25 opisu dopuści materac składający się z 5 warstw dopasowanych anatomicznie do kształtu ciała pacjenta dwustronny z obciążeniem do 150 kg z pianką PUR, w części środkowej wykonanej z poliuretanu RE o grubości 14 cm?

Odp. NIE dopuszcza

9. Czy Zamawiający w pkt. 25 opisu dopuści statyw kroplówki aluminiowy, lekki ale bardzo trwały z 4 haczykami?

Odp. TAK dopuszcza