



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, 29.10. 2020r.

Odpowiedzi na pytania lampa bakteriobójcza przepływowa

1. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe o mocy 85 W przy zachowaniu mocy promienników 2x30W? Zaproponowana lampa jest energooszczędniejsza.

ODP. Dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe o wymiarach kopuły 215x1125 mm (szer. x dł.)?

ODP. Dopuszcza

3. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga lamp ściennych, sufitowych czy przejezdnych?

ODP. Lampa przejezdna

4. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe ściennie/sufitowe o masie 8,5 kg?

ODP. Nie dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe przejezdne o masie 13 kg?

ODP. Dopuszcza