



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, 29.10. 2020r.

## Odpowiedzi na pytania lampa bakteriobójcza przepływowa

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania lampy bakteriobójcze przepływowe o następujących parametrach: • Pobór mocy: 32W • Ilość promienników: 1 • Wymiana źródła: 1 raz w roku • Wymiary: 165x940x135 mm • Masa: 6,5 kg  
ODP. Nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze o mocy 85 W?

ODP. Dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze z kopułą i szerokości 215 mm, długości 1125 mm oraz wadze 8,5 kg?

ODP. Dopuszcza

