



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, dnia 01.03.2021 r.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi parametrów przedmiotowego zaproszenia ofertowego Zamawiający podaje wymagane parametry produktów:

1. **Włóknina do sterylizacji:** kolor zielony lub niebieski, zgodna z normą ISO 116077-1 i EN 868-2, o gramaturze 62-67 g/m<sup>2</sup>, kombinacja masy celulozowej i wysokiej zawartości włókien z tworzywa sztucznego. Wszystkie materiały od jednego producenta.
2. **Papier krepowy miękki:** włókno celulozowe, do pakowania artykułów sterylizowanych parą wodną w kolorze zielonym lub niebieskim, zgodny z ISO 11607-1 i EN 868-2, gramatura 58-60g/m<sup>2</sup>. Może być stosowany m.in. jako obłożenie pola operacyjnego, jako opakowanie może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z włókniną. Asortyment od jednego producenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert (składanie ofert do dnia **05.03.2021 r.** do godziny **14.00** na adres e-mail: [zaopatrzenie@mssw.pl](mailto:zaopatrzenie@mssw.pl)).

Oferenci, których oferty zostały już złożone, proszeni są o uzupełnienie ofert lub złożenie nowej oferty po wycofaniu starej.

