

Załącznik nr 1

SWKO

Zakres zadania pn. „Naprawa gammakamery w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym”

Zakres zadania obejmuje naprawę gammakamery wraz z:

1. Dostawą i montażem modułu serwa sterującego silnikiem detektora nr 1 do Gammakamery firmy MEDISO typ AnyScan S rok prod. 2015.
2. Dostawą i montażem silnika sterowania ruchem obrotowym detektora nr 1 do Gammakamery firmy MEDISO typ AnyScan S rok prod. 2015.

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE.
2. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy.
3. Gwarancja na sprzęt minimum 6 miesięcy.
4. Koszt dostawy ww. części ponosi Sprzedający.
5. Termin płatności wynosi 60 dni od prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do zamawiającego
6. Realizacja usługi serwisowej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 186).

Miejsce naprawy: Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
ul Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa