

Sprzedaż wraz z dostawą Wózka reanimacyjnego z wyposażeniem z defibrylatorem - 1 szt.

1. Opis wózka reanimacyjnego z wyposażeniem z defibrylatorem – 1szt.

• Charakterystyka defibrylatora:

- Aparat fabrycznie nowy
- Rok produkcji: 2021r.
- Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
- Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)
- Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
- Defibrylacja ręczna i tryb AED
- Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.
- Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.
- Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym.
- Zakres wyboru energii w J min. 150J-360J w trybie AED.
- Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24
- Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 8 sekund
- Ekran monitora kolorowy
- Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali
- Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny
- Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią
- Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin
- Możliwość wykonania kardiowersji
- Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem
- Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci – zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne
- Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm
- Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V
- Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń
- Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
- Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min
- Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv
- Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne

- Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min
- Natężenie prądu stymulacji w zakresie od minimum 0 do 180 (mA)
- Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt.
- Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl.
- Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrodnaklejanych - 1 szt.
- Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych – 1 kpl.
- Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie
- Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych w dowolnym momencie
- Możliwość podłączenia jednorazowych łyżek do defibrylacji wewnętrznej w co najmniej 5 rozmiarach: 2,5cm; 3,8cm; 5cm; 6,3cm; 8,8cm .
- Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – 24 miesiące

• **Charakterystyka wózka reanimacyjnego z wyposażeniem:**

- Aparat fabrycznie nowy
- Rok produkcji: 2021r.
- Wózek reanimacyjny szafka z 4 szufladami
- Zamek centralny
- Błat boczny wysuwany
- Wieszak kroplówki z regulacją wysokości - 1szt.
- Odcinki szyny instrumentalnej - 4szt
- Pojemnik na zużyte igły - 1szt.
- Pojemnik na narzędzia - 1szt.
- Kosz kolanowy - 1szt.
- Uchwyt do prowadzenia - 1szt.
- Wyciągane podziałki do szuflady - 1szt.
- Wkład z tworzywa ABS do 1 szuflady z podziałem na 3 pola lub bezdotykowego - 1szt.
- Uchwyt na butlę do tlenu z mocowanie do szyny - 1szt.
- Błat z stali kwasoodpornej z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami
- Szafka z stali kwasoodpornej, front lakierowany na kolor ustalony z Zamawiającym wg palety RAL, prowadnice szuflady samodociągami
- Podstawa ze stali kwasoodpornej z odbojami , wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w tym 2 z blokadą
- Osobny podest/półka na defibrylator
- Deska do przeprowadzania RKO
- Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – 24 miesiące

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

2. Opis wymagań dotyczących dostawy

- Deklaracja lub certyfikat zgodności na zaoferowany sprzęt medyczny, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175).

- Wykonawca wraz z przedmiotem dostawy przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) karty gwarancyjne,
 - b) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
 - c) instrukcję obsługi użytkowania sprzętu w języku polskim,
 - d) niezbędną dokumentację techniczną,
 - e) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot umowy do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania) dla sprzętu występującego w przedmiocie umowy w tym paszport techniczny przedmiotu umowy.
- Przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania zaoferowanego sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.
- Zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.
- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Wózka reanimacyjnego z wyposażeniem z defibrylatorem - 1 szt. do Zamawiającego tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport itp.