



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dnia 19.10.2021r.

Odpowiedź na pytania

Pyt. 1 (Dotyczy punktu 7) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z informacją o ostatnich 10 minutach pracy na baterii oraz ikonie baterii pokazującej aktualny stan.

Pyt. 2 (Dotyczy punktu 9) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z sygnalizacją alarmową: medyczną i/lub techniczną widoczną na ekranie kardiomonitora?

Pyt. 3 (Dotyczy punktu 10) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym do 4 godzin?

Pyt. 4 (Dotyczy punktu 11) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością przyszłościowej rozbudowy o dodatkowe moduły w siedzibie producenta?

Pyt. 5 (Dotyczy punktu 12) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z SpO2 w technologii oraz czujnikiem Nellcor Oximax, oraz mankietami wielorazowymi w rozmiarze: 8-14 cm, 13-20 cm, 18-26 cm i 27,5-36,5 cm?

Pyt. 6 (Dotyczy Centrali monitorującej) Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą jako dedykowane urządzenie do nadzoru kardiomonitorów oparte na systemie linux, z wbudowanym akumulatorem na min 60 minut pracy?

Odpowiedź na pytania 1-6: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

