

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa aparatu RTG z ramieniem C

Zakres zadania pn. „Naprawa aparatu RTG z ramieniem C”

Zakres zadania obejmuje:

Naprawę aparatu RTG z ramieniem C firmy Siemens typ Arcadis Orbic sn20267:

Opis podzespołów do naprawy:

1. Naprawa monitora
2. Naprawa UPS
3. Naprawa hamulca

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1. Części dostarczone do naprawy oznaczony znakiem CE.
2. Części zastosowane w trakcie naprawy będą fabrycznie nowe, nierekondycjonowane.
3. Gwarancja na naprawę minimum 12 miesięcy.
4. Koszt dostawy ww. części ponosi Sprzedający.
5. Realizacja usługi serwisowej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 186).

Miejsce naprawy: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
ul Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
BLOK OPERACYJNY UROLOGICZNY