

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****LAMPA SZCZELINOWA – 1szt.**

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE
1.	Lampa szczelinowa w układzie Zeiss.
2.	Lampa szczelinowa o trzech powiększeniach: 10x, 16x, 25x.
3.	Pole widzenia dla poszczególnych powiększeń: 22,5mm;14,1mm;8,8mm;
4.	Płynna regulacja wysokości szczeliny w zakresie od 1mm do 14mm.
5.	Płynna regulacja szerokości szczeliny w zakresie od 0 do 14mm.
6.	Średnica apertury szczeliny: 14;10;5;2;1 oraz 0,2mm
7.	Lampa wyposażona w filtry: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, amberowy.
8.	Zakres regulacji okularów lampy min od -5D do +5D.
9.	Zakres regulacji PD okularów lampy min od 55mm do 78mm.
10.	Obrót szczeliny od 0 do 180 stopni.
11.	Płynna regulacja natężenia światła w podstawie lampy.
12.	Okablowanie (zasilające i transmisji danych) umieszczone wewnątrz korpusu lampy.
13.	Oświetlenie poprzez żarówkę halogenową 6V, 20W.
14.	Lampa wyposażona w podbródek zintegrowany z podstawą lampy szczelinowej.
15.	Regulacja wysokości podbródka w zakresie minimum 80 mm.
16.	Zakres regulacji korpusu lampy lewo-prawo minimum 100 mm.
17.	Zakres regulacji korpusu lampy przód-tył minimum 90 mm.
18.	Regulacja korpusu lampy góra-dół wspomagana sprężyną w zakresie minimum 30 mm.
19.	Stolik elektryczny
20.	Aparat z roku produkcji :2021
21.	Aparat nowy, nieużywany, niepowystawowy
22.	Gwarancja min 24 miesiące
23.	Zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury do Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego
24.	Wykonawca wraz z przedmiotem dostawy przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty: a) karty gwarancyjne, b) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym, c) instrukcję obsługi użytkownika sprzętu w języku polskim, d) niezbędną dokumentację techniczną, e) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczania przedmiot umowy do obrotu i do używania wydana przez podmioty upoważnione: (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczania do stosowania) dla sprzętu występującego w przedmiocie umowy w tym paszport techniczny przedmiotu umowy.

25.	Przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania zaoferowanego sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego
26.	W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą Lampy szczelinowej do Zamawiającego tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport itp
27.	Wykonawca obowiązany jest - w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu - do reakcji serwisu do 24 godzin - w siedzibie Zamawiającego, licząc od chwili zlecenia telefonicznego, faxem lub e-mailem
28.	Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu w ciągu maksymalnie 48 godzin od daty zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub e-mailem