



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, dn. 27.10.2021 r.

Znak Sprawy: 1243/ZP/21

## Odpowiedź na pytania dotyczące Zakup lampy szczelinowej

Pytanie 1 Prosimy o zmianę terminu naprawy z 48h na 4 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii?

Odpowiedź : Tak, wyraża zgodę.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z rzeczywistym polem widzenia:  
Ø22mm, Ø13.5mm, Ø8.5mm ; średnicą przesłony: Ø14mm, Ø8mm, Ø3.5mm, Ø0.5mm, fil-  
trami:absorbujący ciepło, bezczerwienności i kobaltowo-niebieski; z oświetleniem LED: 3V?

Odpowiedź : Nie dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

