



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dnia 28.10.2021 r.

Odpowiedź na pytania

Ad pkt 5

Czy Zamawiający będzie wymagał aby odporność na wstrząsy i wibracje była potwierdzona w dokumentach producenta odniesieniem do konkretnej normy lub wskazaniem jakiego rodzaju testy w tym zakresie przeszedł oferowany sprzęt? Obecny zapis jest na tyle mało precyzyjny, że może być różnie interpretowany i w efekcie prowadzić do zaoferowania sprzętu zupełnie różnej klasy i jakości.

Odpowiedź: Tak wymaga.

Ad pkt 12

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitor mógł współpracować z czujnikami SpO2 różnych typów i producentów (w tym z najbardziej rozpowszechnionymi na rynku czujnikami Nellcor i Masimo)?

Odpowiedź: Tak wymaga.

