

FORMULARZ CENOWY

Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stymulator resynchronizujący (CRT-P)	szt.	10								
2.	Elektroda przedsiionkowa	szt.	10								
3.	Elektroda prawokomorowa	Szt.	10								
4.	Elektroda lewokomorowa	szt.	15								
5.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	15								
6.	Subsektor	szt.	10								
7.	Prowadnik angioplastyczny	szt.	15								
8.	Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej	szt.	10								
9.	Introducery do przeszskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	20								
10.	Mandryny proste miękkie do elektrody lewokomorowej	szt.	14								
11.	Zaslepka gniazda IS-1	Szt	10								
				Wartość zamówienia:							

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Rok produkcji 2021/2022 Dla dostaw realizowanych w 2021 wymagany rok produkcji 2021., dla dostaw realizowanych w 2022 wymagany rok produkcji 2022 (przez pierwszy kwartał 2022 zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2021),	Wymagane	
2.	Okres sterylności min. 12 miesięcy	Wymagane	
3.	Rodzaj stymulacji BiV: DDDR, DDD, DDIR, DDI; VVIR; VVI	Wymagane	
4.	Pamięć EGM	Wymagane	
5.	Pamięć trendu oporności elektrod	Wymagane	
6.	Złącze elektrody lewokomorowej IS4. Możliwość zamiany na urządzenie IS1 w ramach tego samego pakietu.	Wymagane	
7.	Elektrody prawokomorowe sterydowe o aktywnej fiksacji z introducerem	Wymagane	
8.	Elektrody przedsińkowe sterydowe aktywnej fiksacji (aktywny mechanizm wkrętowy) z introducerem	Wymagane	
9.	Elektrody lewokomorowe z introducerem, z różną pamięcią kształtu i różną odległością pierścieni stymulujących do wyboru wg asortymentu producenta, 4 polowe z możliwością zamiany na bipolarną w obrębie tego samego pakietu, różnych długości, w tym umożliwiających wprowadzenie z zastosowaniem subselektora.	Wymagane	
10.	Zestaw do kaniulacji zatoki wienicowej z zastawką hemostatyczną, różnych kształtów do wyboru wg asortymentu producenta, przewodnik	Wymagane	
11.	Subselektor różnych kształtów wg asortymentu producenta- do wyboru	Wymagane	
12.	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	Wymagana	
13.	Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania CRT-P, w tym zapewnienie szkolenia (proctoring) do wszystkich zabiegów.	Wymagana	
14.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania) DWÓCH urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie	Wymagane	

FORMULARZ CENOWY
Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stymulator resynchronizujący (CRT-P)	szt.	10								
2.	Elektroda przedsionkowa	szt.	10								
3.	Elektroda prawokomorowa	Szt.	10								
4.	Elektroda lewokomorowa	szt.	15								
5.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	15								
6.	Subsektor	szt.	10								
7.	Prowadnik angioplastyczny	szt.	15								
8.	Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej	szt.	10								
9.	Introducery do przeszskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	20								
10.	Mandryny proste miękkie do elektrody lewokomorowej	szt.	14								
11.	Zaslepka gniazda IS-1	Szt	10								
Wartość zamówienia:											