



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dnia 09.03.2022 r.

Odpowiedź na pytania

1. Czy w Zadaniu nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat o pH 12,5-13,5, spełniający pozostałe wymagania zawarte w swz ?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy w Zadaniu nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o pH 7,5-9,5, spełniający pozostałe wymagania zawarte w swz ?

Odpowiedź : Powyżej 8,5 pH.

3. Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuszcza zamontowanie alternatywnego automatycznego systemu dozowania do Penguin 4U ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości automatycznych dozowników do zamontowania w placówce Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, 5 zestawów (stanowisk).

4. Czy w Zadaniu nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści preparat o pH 7-9, preparat dodatkowo posiadający atest PZH oraz opinię CZDz, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SWZ ?

Odpowiedź: Do 7 pH.

5. Czy w Zadaniu nr 3 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o pH 6,5-8,5, preparat dodatkowo posiadający atest PZH oraz opinię CZDz, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SWZ ?

Odpowiedź: Nie.

