

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa narzędzi zabiegowych dla Bloków Operacyjnych w Międzyzleskim Szpitalu
Specjalistycznym w Warszawie

Lp.	Wymagane parametry:
1.	Elementy nowe, nie rekondycjonowany
2.	Gwarancja na części: min. 6 miesięcy
3.	Termin płatności: 60dni
Przewód światłowodowy POL-MED NP2018	
4.	Wyszlifowanie i wypolerowanie 2 końców
5.	Wymiana końcówki pod optykę
Przewód światłowodowy POL-MED NP270220	
6.	Wymiana przewodu na nowy
Przewód światłowodowy POL-MED NP130222	
7.	Wyszlifowanie i wypolerowanie 2 końców
8.	Wymiana końcówki pod optykę
Przewód światłowodowy POL-MED NP520422	
9.	Wymiana przewodu na nowy z użyciem starych elementów (wymiar 5mm)
Kleszczyki do endoskopów NWE 5	
10.	Wymiana wkładu kleszczyków
11.	Regeneracja rączki
Przewód światłowodowy POL-MED NP670522	
12.	Wymiana przewodu na nowy z użyciem starych elementów (3,5mm)
Osłonka histereoskopowa STORZ	
13.	Płaszcz Zewnętrzny - Smarowanie zaworków ,
14.	Płaszcz Wewnętrzny - wklejanie rurki
Przewód światłowodowy STORZ	
15.	Wyszlifowanie i wypolerowanie 2 końców
Resektoskop	
16.	Dźwignia – wymiana rurki
17.	Niwelowanie luzów
18.	Płaszcz wewnętrzny – Prostowanie, kalibracja,
19.	Wkłady - Regeneracja i ostrzenie – 3szt.
Przewód światłowodowy STORZ	
20.	Wymiana przewodu na nowy z użyciem starych elementów (2,5mm)
Przewód światłowodowy POL-MED NP1961222	
21.	Wyszlifowanie i wypolerowanie 2 końców