

PATOMORFOLOGIA

Pakiet XVIII - ZADANIE 1

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ostrza do mikrotomu R 35: długość 80 mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal nierdzewna. Przeznaczone do cięcia skrawków seryjnych (taśmy) z tkanek zatopionych w parafinie	op = 50 szt	40							
2.	Ostrza do mikrotomu C 35: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35°, stal węglowa. Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych (kriostat)	op = 20 szt	4							
Wartość ogółem:										

Warunki wymagane:

- 1) Wymagane jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa obowiązującego w państwach UE (wyrób oznaczony znakiem CE), oznaczenie wyrobu znakiem IVD.
- 2)Kompatybilność z uchwytami typu PFM 160 oraz standardowymi uchwytami do ostrzy niskoprofilowych stosowanymi w mikrotomach produkcji firm Thermo, Microm oraz Leica;
- 3) Dopasowanie do uchwytu musi zapewniać dokładne unieruchomienie oraz pełną stabilizację ostrza w trakcie

.....
podpis Wykonawcy