

**PARAMETRY WYMAGANE I OCENIANE  
DLA ZADANIA 24**

<b>L.p</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1	Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2018-2019 zarejestrowany jako wyrób medyczny		
2	Narzędzia wyblyszczzone, matowane lub szczotkowane, hartowane próżniowo, wstępna pasywacja przez producenta		
3	Narzędzia muszą posiadać możliwość: a. dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna) b. sterylizacji (parowa w autoklawach 134 "C)		
4	Z niezmywalnym numerem katalogowym kodem kreskowym QR CODE lub MATRIX zawierającym dane szpitala		
5	Wszystkie narzędzia oferowane w Pakiecie muszą spełniać normę PN-EN ISO 7153-1		
6	Tolerancje na długości narzędzi +/- 2 mm, nie dopuszcza natomiast tolerancji na szerokości części pracujące.		
7	W przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcę do prezentacji wybranych przez siebie narzędzi. Poprzez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, której przedmiotem jest wyrób medyczny o parametrach tożsamy z opisanym przez Zamawiającego.		
8	Zamówienia podzielone na 3 dostawy w skali roku - rodzaj asortymentu ustala Zamawiający według jego potrzeb.		
9	Wykonawca zapewni bezpłatny, certyfikowany serwis w okresie gwarancji.		

<b>L.p</b>	<b>Parametry oceniane</b>	<b>Tak/Nie</b>	<b>Treść oferty</b>	<b>Tak-1pkt Nie-0pkt</b>
1	Dodatkowy napis na narzędziu "ORTOPEDIA"	Tak		
2	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, minimum 12 miesięcy	Tak		
3	Termin dostarczenia narzędzi do 14 dni od zamówienia	Tak		
4	Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres minimum 5 lat polegający na regeneracji i naprawie narzędzi zawartych w pakiecie.  Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację dostawy narzędzi, dołączy ofertę cenową na usługę regeneracji, oraz Certyfikat wg norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 13485:2012 na regenerację narzędzi.	Tak		

.....  
podpis Wykonawcy