

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dioptrymierz

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	WYMAGANA ODPOWIEDŹ	OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW
1	Dioptrymierz elektroniczny z wbudowaną drukarką	TAK	
2	Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D. Dokładność : 0.01/0.06/0.12/0.25D	TAK	
4	Oś (AX): od 1 do 180°	TAK	
5	Odległość źrenic: 10~80mm	TAK	
6	Moc dodatku: 0 do +/- 10D Moc pryzmatu: 0 do 10Δ	TAK	
7	Pomiar szkieł: <ul style="list-style-type: none"> • Soczewki sferyczne i cylindryczne • Soczewki bifokalne i trifokalne • Soczewki progresywne • Soczewki kontaktowe 	TAK	
8	Pomiar UV	TAK	
9	Pomiar PD	TAK	
10	Kolorowy ekran dotykowy LCD 7"	TAK	
11	Wymiary: 175 mm (szer.)x 255,5 mm (głębokość) x 478 mm (wysokość)	TAK	

.....

(podpis wykonawcy)