

Zadanie XIV

Tonometr

		Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Kolorowy ekran	Tak podać	
2.	Wskaźnik poprawnego położenia	Tak podać	
3.	Badanie bez znieczulenia	Tak podać	
4.	Zakres pomiarowy 7-50 mmHg	Tak podać	
5.	Zasilanie 4xAA	Tak podać	
6.	Waga 140g bez baterii, 230g z bateriami	Tak podać	
7.	Dokładność wyświetlania 1 mmHg	Tak podać	
8.	Powtarzalność <8%	Tak podać	
9.	Walizka transportowa	Tak podać	
10.	Sekwencja automatycznego pomiaru	Tak podać	
11.	Możliwość pojedynczego pomiaru	Tak podać	
12.	Regulacja odległości tonometru od oka	Tak podać	

.....
(podpis wykonawcy)