

Zadanie IV

Laktator szt. 1

Producent:

Model:

Rok produkcji: 2020

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Punktacja
1	Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie magnetycznej (Plus).	TAK		
2	Do wyboru min. dwa programy.	TAK		
3	Program „Inicjacji laktacji” (przeznaczony dla matek wcześniaków).	TAK		
4	Program „Utrzymanie” (przeznaczony dla matek dzieci donoszonych).	TAK		
5	Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia.	TAK		
6	Płynna regulacja siły ssania.	TAK		
7	Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	TAK		
8	Głośność aparatu max 45 dB.	TAK podać		45 dB - 0 pkt. Najniższa wartość – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
9	Waga urządzenia max. 3,5 kg (bez stojaka jezdnego)	TAK podać		3 kg – 0 pkt. najmniejsza -10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
10	Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości.	TAK		
11	Statyw na butelki.	TAK/NIE		Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt.
12	Separacja mediów.	TAK		
13	Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz	TAK		
14	Statyw do laktatora (wersja jezdna)	TAK		
15	W zestawie: Zestaw jednodniowy kompatybilny z laktatorem (do wyboru roz. 24mm, 27mm, 30mm – min. 20szt. Zestawy wielorazowe kompatybilny z laktatorem – min. 3szt. Butelki jednorazowe 80ml pakowane po 40szt. – min. 40 Smoczki jednorazowe kompatybilne z zestawami – 100szt.	TAK podać		
	Pozostałe wymagania			
1	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
2	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
3	Okres gwarancji – min. 36 miesiące.	TAK podać		
4	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych	TAK		

Zadanie IV

	akcesoriów przez okres 5 lat.			
5	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		

.....
(podpis wykonawcy)