



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl

Warszawa, dnia 11.05.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „zakup i dostawę aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w podziale na 11 zadań, postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 072-170970 z dnia 10.04.2020r, oraz na własnej stronie internetowej i tablicy.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawców w dniach 27.04.2020r.

Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej (bez ujawniania źródła zapytania).

Treść pytań

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy usterki/czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 5 dni roboczych jeśli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z siwz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca wykonał min. 2 dostawy aparatury medycznej na wartość równą lub większą niż wymagana przez Zamawiającego?

Obecny warunek jest określony dość rygorystycznie zważywszy, że wziąć udział w niniejszym postępowaniu może tylko wykonawca który dostarczył dokładnie asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia częściowego. Tymczasem wystarczającą rękojmię prawidłowego

wykonania umowy daje także taki podmiot, który wykonał dostawy o równej lub wyższej wartości zbliżonego rodzaju tzn. aparatury medycznej. Standardy postępowania przy dostawach urządzeń medycznych są podobne, niezależnie od tego jaki dokładnie rodzaj urządzeń jest dostarczany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie X

Defibrylator noworodkowy

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru częstości akcji serca 30-300 ud/min.? Zakres taki jest wystarczający do oceny wszystkich rodzajów arytmii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią wewnętrzną 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG. Wszystkie dane o zdarzeniach pozostają w pamięci i są dostępne do chwili ich ręcznego usunięcia lub chwili upływu prekonfigurowanego czasu (od 5 minut do 72 godzin).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuści urządzenie odporne na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa IP22 wg IEC529? Klasa IP 22 pozwala na swobodną pracę w warunkach wewnątrz-szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie 4.

Czy w związku z tym, że zamawiający oczekuje urządzenia z funkcjonalnościami pediatrycznymi, czy zamawiający będzie wymagał urządzenia z automatyczną zmianą protokołu defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych?

Wytyczne zalecają stosowanie innego protokołu wyładowań (energii wyładowań) dla dzieci oraz dla dorosłych. Funkcja zapewnia ograniczenie poziomu energii defibrylacji dla sekwencji 3 kolejnych wyładowań. Podłączenie elektrod pediatrycznych automatycznie redukuje energię pierwszego wyładowania do 50 J i eliminuje konieczność manualnej zmiany energii. Tym samym skraca czas przerwy okołodefibrylacyjnej, której długość wpływa na skuteczność defibrylacji i prawdopodobieństwo powrotu spontanicznego krążenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

Pytanie 5.

Czy w związku z tym, że zamawiający oczekuje urządzenia z funkcjonalnościami pediatrycznymi, to czy zamawiający będzie wymagał urządzenia z funkcją analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia? Następuje wówczas automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji.



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl

Rytm defibrylowalny u dorosłych nie konieczne muszą podlegać defibrylacji u dzieci (np. SVT nie jest rytmem defibrylowalnym u dzieci, ale podlega defibrylacji u dorosłych).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz.

W związku ze zmianami i nowymi załącznikami Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesunął termin składania ofert na dzień 19.05.2020r. do godziny 9:00 oraz termin otwarcie ofert na dzień 19.05.2020r. godzina 9:30