

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw

Warszawa, dnia 08.11.2018 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę obłożeń operacyjnych oraz materiałów ochronnych w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-45/N/18) w DUUE nr 2018/S 196-442659 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 15-29.10.2018 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu II Zadania 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z mankietem o gramaturze 23 g/ m kw?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania taśmy włókninowej przylepnej w rozmiarze 9cm x50 cm pakowanej pojedynczo w opakowaniu papierowo/ foliowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 3, 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30cm x 40 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm z wzmocnieniem o wymiarach 60x85 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na aparaturę o średnicy 90 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania foliowego pokrowca na kamerę z dwoma taśmami o wymiarach 13x250cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni dwukomorowej o wymiarach 30cm x 40 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8**Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jednorazowy pełno barierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Zapakowany wewnątrz w serwetę włókninową (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 25 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001. Fartuch dostępny w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	150cm	58cm
L	130cm	150cm	59cm
XL	140cm	160cm	61cm
XXL	150cm	170cm	63cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9**Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Fartuch dostępny w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA	SZEROKOŚĆ FARTUCHA	DŁUGOŚĆ RĘKAWA
M	120cm	163cm	65cm
L	130cm	167cm	72cm
XL	140cm	171cm	80cm
XXL	150cm	175cm	86cm
XXXL	160cm	180cm	90cm
Tolerancja	+/- 2cm	+/- 2cm	+/- 1,5cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-2 i utworzenie odrębnego pakietu co pozwoli Nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu I Zadania 10 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ściereczek pakowanych w opakowaniu a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastometrycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
- 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 3, 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw do chirurgii biodra - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 180x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu barkowego - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%

Skład :

- 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 150x240cm
- 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

Jałowy zestaw do zespołów śródszpikowych (DHS) – Obłożenie w całości wykonane z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 62 g/m² dodatkowo wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze 70g/m² w strefie krytycznej wyrobu . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 serweta główna do zespołów śródszpikowych o wymiarach 320x370 cm, integrowana z nogawicami, wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory o wymiarach 15x45 cm wypełnione folią chirurgiczną. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wymiarach 75x220 cm
- 1 czerwona osłona na stół Mayo o wymiarach 80x145cm składana teleskopowo, wzmocnienie o wymiarach 60x85 cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace o wym. 9x50cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem 40x50 cm
- 2 ręczniki celulozowe o wym. 30x40cm
- serweta na dodatkowy stół instrumentariuszki o wym. 140x190 cm,

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140x190cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 7, 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

Zestaw do chirurgii kończyny górnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 serweta główna wzmocniona w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z samouszczelniającym się otworem i uchwytem na drenaż i przewody typu rzep
- 1 serweta o wymiarach min. 100x150cm
- 1 samoprzylepna taśma mocująca ("rzep") 2,5x25cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji., zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

Zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy 220 x 320 cm z elastycznym otworem
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu, odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H₂O. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 100cm x 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 150 cm z wycięciem U o wymiarach 10x65 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21**Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 200 x 260 cm z wycięciem U o wymiarach 10x100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22**Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 150x 180 cm z otworem samoprzylepnym 6x15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23**Dotyczy Pakietu I Zadania 14 pozycja 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 120x 150 cm z otworem samoprzylepnym 6x8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24**Dotyczy Pakietu I Zadania 17 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw do kraniotomii - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnienie serwety głównej wykonane z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność laminatu min. 300%, włókniny Spunlace – min. 600%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 4 serwety z przylepcem 45x45cm
- 1 serweta główna 240x354cm z otworem 20x24cm wypełnionym folią chirurgiczną o grubości 60 µm i otoczony warstwą wzmocnienia 80x100cm, której krawędzie tworzą kieszenie na narzędzia i materiał opatrunkowy o głębokości 10cm
- 1 kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem z folii PE o grubości 80 µm 30x40cm
- 1 kieszeń dwukomorowa ze sztywnikami z folii PE o grubości 80 µm 30x40cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 1 rzep 2,5x25cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji., zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25**Dotyczy Pakietu I Zadania 20 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12cm
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE 50x50cm
- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu z czterema ręcznikami o wymiarach 30x40 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji, zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28**Dotyczy Pakietu I Zadania 23 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia III - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji., zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29**Dotyczy Pakietu II Zadania 6 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu o poniższym opisie:

„Zestaw wykonany z włókniny polipropylenowej (Spunbond) o gramaturze 20g/m². Kompletu są zielone, szyte nićmi. Skład : prześcieradło 150x200cm, poszwa 154x210cm, poszewka 70x80cm. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30**Dotyczy Pakietu II Zadania 17 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła w rozmiarze 210x160. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31**Dotyczy Pakietu II Zadania 18 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów o gramaturze 24g/m². Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32**Dotyczy Pakietu II Zadania 20 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet sześciowarstwowych. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33**Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw uniwersalny czterowarstwowy:

- a) 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) na dłuższym boku, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50 g/m² 240x150 cm (+5 cm)
- b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzyleną szer 5-7 cm (+/- 1 cm) dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50g/m² 175x175 cm (+ 5 cm)
- c) 2 x serweta boczna 90x75 cm z taśmą samoprzyleną na dłuższym bok, dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min. 50g/m² (+ 5 cm)
- d) 1 x osłona na stół Mayo 78-80x 145 cm, warstwa chłonna 65x85 cm
- e) 1 x taśma samoprzylepna, nieprzemakalna włóknina 9x50 cm
- f) ręczniki celulozowe 30,5x34 cm
- g) 1 x serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190 cm (+ 5 cm), warstwa chłonna w rozm. ok.. 75x190 cm - owinięcie zastawu

pozycje: a, b oraz c wykonane z mocnego laminatu min. czterowarstwowego w części krytycznej serwet.

Opakowanie zawierające informację o min. dacie ważności i nr serii w formie czterech naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34**Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw uniwersalny do krótkich zabiegów:

- a) 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną szer 5-7 cm (+/- 1 cm) ekran anestetyczny w rozmiarze 240x150 cm (+ 5 cm)
- b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzyleną szer 5-7 cm (+/- 1 cm) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 175x175 cm (+ 5 cm)
- c) 2 x serweta boczna z taśmą samoprzylepną szer 5-7 cm (+/- 1 cm) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej w rozmiarze 90x75 cm (+ 5cm)
- d) 1 x taśma samoprzylepna, nieprzemakalna włókninowa 9x50cm
- e) 4 x ręczniki celulozowe 30,5x34 cm
- f) 1 x serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190 cm - owinięcie zestawu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3poz. 1 taśmy o wymiarach 9x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 3**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3poz. 3kieszeni o wymiarach 40x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 4przylepnej torby na płyny o wymiarach 62x50cm wyposażonej w filtr i port ?



62 x 50 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 5**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 5serwety na stolik Mayo w rozmiarze 78x145cm, w strefie krytycznej warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 8pokrowca na przewody o wymiarach 15x240cm z perforowaną końcówką?




15 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 8 pokrowca na przewody o wymiarach 15x250cm z prostą końcówką?



15 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 9 serwety wykonanej z mocnego laminatu trzywarstwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 9 serwety o wymiarach 75x100cm, wykonanej z mocnego laminatu trzywarstwowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 3 poz. 10 kieszeni o wymiarach 40x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w poz. 1 nie będzie wymagał serwet z dodatkowymi wzmocnieniami chłonnymi

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 22 poz. 1 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Obłożenie operacyjne jednorazowe uniwersalne / podstawowe wykonane z mocnegolaminatu dwuwarstwowego składające się z:

- a) 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150x190 cm (+/- 5 cm),
- b) 1 szt - osłona na stolik Mayo rozmiar 78x145cm,
- c) 1 szt górna serweta samoprzylepna rozmiar 150x240 cm (+/- 5cm),
- d) 1 szt dolna serweta samoprzylepna 180x180cm
- e) 2 szt. boczne serwety samoprzylepne rozmiar 75x90 cm (+/- 5 cm)
- f) 1 szt. taśma samoprzylepna 9x48-50 cm
- g) 2szt ręczniki - ściereczki chłonne rozmiar 30,5x34cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie operacyjne jednorazowe uniwersalne / podstawowe wzmocnionewykonane z mocnego laminatu trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta dodatkowo wzmocnionego w strefie krytycznej składającego się z :

- a) 1 szt serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150x190 cm (+/- 5 cm)

- b) 1 szt osłona na stolik Mayo rozmiar 78x145 cm,
- c) 1 szt górna serweta samoprzylepna rozmiar 150x240 cm (+/- 5 cm)
- d) 1 szt dolna serweta samoprzylepna 175x175 cm (+/- 5cm), z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- e) 2 szt boczne serwety samoprzylepne 75x90 cm (+/- 5 cm), z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- f) 1 szt taśma samoprzylepna 9x48-50 cm
- g) 4 szt ręczniki - ściereczki chłonne 30,5x34cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu? Obłożenie operacyjne jednorazowe uniwersalne / podstawowe wzmocnione wykonane z mocnego laminatu trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla pacjenta dodatkowo wzmocnionego w strefie krytycznej składającego się z :

- a) 1 szt serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150x190 cm (+/- 5 cm)
- b) 1 szt osłona na stolik Mayo rozmiar 78x145 cm,
- c) 1 szt górna serweta samoprzylepna rozmiar 150x240 cm (+/- 5 cm), z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- d) 1 szt dolna serweta samoprzylepna 175x175 cm (+/- 5cm), z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- e) 2 szt boczne serwety samoprzylepne 75x90 cm (+/- 5 cm), z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej
- f) 1 szt taśma samoprzylepna 9x48-50 cm
- g) 4 szt ręczniki - ściereczki chłonne 30,5x34cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu I Zadania 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 23 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie operacyjne jednorazowe z workiem do przechowywania płynów składające się z :

- 1 szt x serweta chirurgiczna w kształcie litery T o wymiarach 186/250x330 cm posiadająca folię chirurgiczną 36x36cm z otworem 18x16cm, posiadającą duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 72x72cm
- 1 szt x serweta 75x120 cm;
- 1 szt x taśma samoprzylepna 9x50 cm;
- 4szt x ręcznik chłonny 30,5x34cm;
- 1 szt x osłona na stolik Mayo 78x145 cm, obszar chłonny 65x85 cm;
- 1 szt x serweta na stolik narzędziowy - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm, obszar chłonny 75x190 cm.

Serwety bez dodatkowych wzmocnień w strefie krytycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu I Zadania 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 23 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie operacyjne jednorazowe z workiem do przechowywania płynów składające się z :

- 1 szt x serweta chirurgiczna o wymiarach 230x330 cm posiadająca otwór o wymiarach 36x36 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadającą duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 102x112cm wyposażony w sztywnik, połączenie ssaka i organizatory przewodów;

- 1 szt x serweta 75x120 cm;
- 1 szt x taśma samoprzylepna 9x50 cm;
- 4szt x ręcznik chłonny 30,5x34 cm;
- 1 szt x osłona na stolik Mayo 78x145 cm, obszar chłonny 65x85 cm;
- 1 szt x serweta na stolik narzędziowy - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm, obszarchłonny 75x190 cm.

Serwety bez dodatkowych wzmocnień w strefie krytycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu I Zadania 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I zadanie nr 25 serwety 50x60cm z otworem samoprzylepnym 6x8cm, bez dodatkowych wzmocnień w strefie krytycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b)4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d)1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- e)2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- f)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
- g)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy w składzie

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - b)2 ręczniki 30 cm x 40 cm
 - c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
 - d)2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
 - e)1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm
 - f)1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cmz dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek

foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu I Zadania 17 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów neurochirurgicznych w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm
- e) 1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (50 cm x 50 cm +/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu I Zadania 18 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów cesarskiego cięcia w składzie:

- a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny
- e) 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55**Dotyczy Pakietu I Zadania 20 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści również w pakiecie 1 zadaniu 1 poz.20 obłożenie ginekologiczne dolne w składzie:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b)2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d)1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- e)1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
- f)1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne, podstawowe w składzie:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b)2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d)2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- e)1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm
- f)1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cmz dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne, wzmocnione w składzie:

- a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b)4 ręczniki 30 cm x 40 cm

- c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- d)1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- e)2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- f)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cmz paskiem samoprzylepnym 80 cm
- g)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cmz paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu II Zadania 18

Czy zamawiający dopuści fartuch higieniczny o gramaturze min. 21g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu I Zadania 2 pozycja 1-7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu I Zadania 12 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową 45x45cm, gazę 20-nitkowa w miejsce 17-nitkowej oraz o dopuszczenie zestawu z 3 naklejkami do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk- reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową 45x45cm, gazę 20-nitkowa w miejsce 17-nitkowej, kieszeń dwukomorową 40x35cm (15/25x35cm) w miejsce dwukomorowej 2x15x30cm oraz o dopuszczenie zestawu z 3 naklejkami do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk- reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.0m F/F w miejsce drenu łączącego do ssaka PVC 24Ch/15Ch 2.5m F/F oraz o dopuszczenie zestawu z 3 naklejkami do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk – reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.0m F/F w miejsce drenu łączącego do ssaka PVC 24Ch/15Ch 2.5m F/F oraz o dopuszczenie zestawu z 3 naklejkami do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk – reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69**Dotyczy Pakietu I Zadania 18 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do w/w pakietów. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70**Dotyczy Pakietu I Zadania 18 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści 4x ręcznik chłonny 47x38cm w miejsce 4x ręcznik chłonny 30x40cm – reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71**Dotyczy Pakietu I Zadania 16 pozycja 25**

Czy zamawiający dopuści serwety 50x60cm z otworem 6x8cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Pakiet I Zadanie 16 posiada tylko 4 pozycje. Pytanie nie dotyczy tego zadania.

Pytanie 72**Dotyczy Pakietu II Zadania 2 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na mikroskop o wymiarze 117x254cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73**Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1**

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający omyłkowo zawarł w pozycji 1 punkt a) przed opisem i składem zestawu uniwersalnego czterowarstwowego niepełny opis serwety:

„1*serweta urologiczna z mocnego laminatu dwuwarstwowego do” ?

Prosimy o wykreślenie tego zdania z pozycji 1, gdyż jest ono mylące dla wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Pakiet I Zadanie 1 pozycja 1.

Pytanie 74**Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści :

Zestaw uniwersalny czterowarstwowy

a) 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) na dłuższym boku, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50 g/m² 240x150 cm (+5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu.

- b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50g/m² 175x175 cm (+ 5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepów
 - c) 2 x serweta boczna 100x75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min. 50g/m² (+ 5cm) z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu.
 - d) 1 x osłona na stolik Mayo 79-80x 145 cm, warstwa chłonna 76 x 85 cm
 - e) 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
 - f) 1 x serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190 cm (+ 5 cm), wykonana w całości z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni - owinięcie zestawu
- Pozycje: a, b oraz c, wykonane z mocnego laminatu min. czterowarstwowego w części krytycznej serwet. Opakowanie zawierające informację o dacie ważności i nr serii w formie czterech naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści :

Zestaw uniwersalny czterowarstwowy

- a) 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) na dłuższym boku, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50 g/m² 240x150 cm (+5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu.
- b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50g/m² 175x175 cm (+ 5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepów
- c) 2 x serweta boczna 100x75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min. 50g/m² (+ 5cm) z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu.
- d) 1 x osłona na stolik Mayo 79-80x 145 cm, warstwa chłonna 76 x 85 cm
- e) 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
- f) 1 x serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190 cm (+ 5 cm), wykonana w całości z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni - owinięcie zestawu
- g) 1x taśma samoprzylepna 10cm x 50cm pakowana osobno – wszystko zgrzane w jeden pakiet.

Pozycje: a, b oraz c, wykonane z mocnego laminatu min. czterowarstwowego w części krytycznej serwet.

Opakowanie zawierające informację o dacie ważności i nr serii w formie czterech naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw uniwersalny do krótkich zabiegów

- a) 1 x serweta górna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) ekran anestezyjologiczny w rozmiarze 240x150 cm (+ 5 cm)
 - b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) w całości z wykonana z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni, min. 175x175 cm (+ 5 cm)
 - c) 2 x serweta boczna z taśmą samoprzylepną szer. 5-7 cm (+/- 1 cm) w rozmiarze 100x75 cm
 - d) 2 x taśma samoprzylepna, nieprzemakalna włókninowa 10x50 cm
 - e) 4 x ręczniki celulozowe 30 cm x 40cm
 - f) 1 x serweta na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190 cm - owinięcie zestawu
- dodatkowo w zestawie 1 serweta na stolik MAYO 80cm x 145cm z warstwą chłonną 76cm x 85cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77**Dotyczy Pakietu I Zadania 6 pozycja 1**

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli warstwę chłonną o wymiarach 50cm x 125cm (+/-2cm)?

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka. Prawidłowe wymiary: 50x125cm. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Pakiet I Zadanie 6 pozycja 1.

Pytanie 78**Dotyczy Pakietu I Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79**Dotyczy Pakietu I Zadania 6 pozycja 6**

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli matę w rozmiarze 216cm x 37cm?

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka. Prawidłowy rozmiar: 216x37cm. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Pakiet I Zadanie 6 pozycja 6.

Pytanie 80**Dotyczy Pakietu I Zadania 6 pozycja 7**

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli matę o wadze około 120g?

Odpowiedź:

Tak zaszła omyłka. Prawidłowa waga : ok. 120g. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Pakiet I Zadanie 6 pozycja 7.

Pytanie 81**Dotyczy Pakietu I Zadania 6**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis pod pakietem nie dotyczy asortymentu w Zadaniu nr 6.

Odpowiedź:

Zapis dotyczy tylko asortymentu jałowego.

Pytanie 82**Dotyczy Pakietu I Zadania 7**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis pod pakietem nie dotyczy asortymentu w Zadaniu nr 7.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83**Dotyczy Pakietu I Zadania 10 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku oferowania ręczników w op. a'2 szt. Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości z 10 000 szt. na 50 000 op. a'2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84**Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie obłożenia operacyjnego jednorazowego uniwersalnego/podstawowego wykonanego z mocnego laminatu dwuwarstwowego składającego się z:

a) 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki rozmiar 150x190 cm

- b) 1 szt - osłona na stół Mayo rozmiar 80x145cm,
- c) 1 szt górna serweta samoprzylepna rozmiar 150x240 cm (+/- 5cm),
- d) 1 szt dolna serweta samoprzylepna 180x180
- e) 2 szt. boczne serwety samoprzylepne rozmiar 75x100 cm
- f) 2 szt. taśmy samoprzylepnej 10x50 cm
- g) 4 szt ręczniki - ściereczki chłonne rozmiar 30x40 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie obłożenia operacyjnego jednorazowego uniwersalnego/podstawowego wykonanego z mocnego laminatu dwuwarstwowego dodatkowo wzmocnionego w strefie krytycznej składającego się z:

- a) 1 szt. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50 g/m² 240x150 cm (+5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu.
- b) 1 x serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej min 50g/m² 175x175 cm (+ 5 cm) z 1 organizatorem przewodów w formie rzepów
- c) 2 x serweta boczna 100x75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min. 50g/m² (+ 5cm) z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu.
- d) 1 x osłona na stół Mayo 79-80x 145 cm, warstwa chłonna 76 x 85 cm
- e) 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm
- f) 1 x serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x190 cm (+ 5 cm), wykonana w całości z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni - owinięcie zestawu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie obłożenia operacyjnego jednorazowego uniwersalnego/podstawowego wykonanego z mocnego laminatu dwuwarstwowego składającego się z:

- a) 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki rozmiar 150x190 cm
- b) 1 szt - osłona na stół Mayo rozmiar 80x145cm,
- c) 1 szt górna serweta samoprzylepna rozmiar 150x240 cm (+/- 5cm),
- d) 1 szt dolna serweta samoprzylepna 180x180
- e) 2 szt. boczne serwety samoprzylepne rozmiar 75x100 cm
- f) 2 szt. taśmy samoprzylepnej 10x50 cm
- g) 4 szt ręczniki - ściereczki chłonne rozmiar 30x40 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Dotyczy Pakietu II Zadania 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy Pakietu II Zadania 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową :

Prześcieradło 210cm x 160cm

Poszwa 210cm x 160cm

Poszewka 70cm x 80cm

Gramatura minimum 30g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści perforację co 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 90

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 2

Prosimy o podanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Pełny opis: Ochraniacze na buty – włóknina, wysokie wiązania na troki. W załączeniu poprawiony formularz cenowy Pakiet II Zadanie 14 pozycja 2.

Pytanie 92

Dotyczy Pakietu II Zadania 18 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami poliestrowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy SIWZ p.V.2.3 a)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od złożenia dokumentów dopuszczających, a w ich miejsce złożenie stosownego oświadczenia o posiadaniu tych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

Dotyczy SIWZ p.V.2.3 d)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do 1 szt. z każdej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95

Dotyczy Pakietu I Zadania 11 i Pakietu II Zadania 13

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet I, zadanie 11; pakiet II, zadanie 13): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96**Dotyczy Pakietu I Zadania 11**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet I, zadanie 11): złożenia oferty na wysokochłonny podkład 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97**Dotyczy Pakietu II Zadania 13**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98**Dotyczy Pakietu II Zadania 13**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99**Dotyczy Pakietu II Zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak podstawowych systemów zabezpieczeń (ściągaczy taliowych) oraz poziomu chłonności uniemożliwiają skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające ściągacze taliowe. Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100**Dotyczy Pakietu II Zadania 13**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101

Dotyczy Pakietu II Zadania 13, rozmiar M

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13, rozmiar M): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Dotyczy Pakietu II Zadania 13, rozmiar L

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Pakiet II, zadanie 13, rozmiar L): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Dotyczy SIWZ

Ze względu na obszerny formularz cenowy zwracamy się z prośbą o załączenie ww. formularza w formacie Excel oraz formularza ofertowego w formacie Word.

Odpowiedź:

Formularze należy złożyć zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie Formularza ofertowego tylko w zakresie pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 105

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o następujących parametrach? Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 43g/m² w. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-130, L-140, XL-150, XXL-165. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 220cmH₂O, mniej krytycznej min. 22cmH₂O. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 186kPa, paroprzepuszczalność min. 4080 g/m²x244. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy

60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o następujących parametrach? Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m², rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Długość rękawa M-56, L-63, XL-64, XXL-65.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 108

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zarękawków pakowanych w op. a`2? Cena zostanie podana za jedną, pojedynczą sztukę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110

Dotyczy Pakietu I Zadania 10 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 50x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 111

Dotyczy Pakietu I Zadania 17 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

Skład	Ilość	Rozmiar
erweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² , z workiem na płyny, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w rozmiarze 25x20	1	240x200
erweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m ² z przylepcem na dłuższym boku	2	60x50

Serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20
Taśma samoprzylepna	2	50x9
Serweta na stolik Mayo	1	145x80
Serweta na stół intrum.	1	190x150

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 112

Dotyczy Pakietu I Zadania 18 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kodu kreskowego? Wyrób jest wyrobem dedykowanym, specjalnie stworzonym na potrzeby Państwa postępowania, dlatego nie posiada jeszcze kodu kreskowego. Przy dostawach będzie dostarczany towar z etykietą zawierającą wszelkie wymagane informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Dotyczy Pakietu I Zadania 18 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta chirurgiczna wykonana z mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni w rozm. 320x180cm z otworem w kształcie prostokąta 35x32cm wypełniony folią chirurgiczną, z workiem do przechwytywania płynów ze sztywnikiem i zaworem,

1 x serweta do owinięcia noworodka z włókniny kompresowej 60x120cm,

1 x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50cm,

4 x ręczniki chłonne włókninowe 20x40cm,

1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm,

1 x serweta na stół instrumentariuszki 150x200cm w całości wykonana z mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni,

1 x końcówka do odsysania YANKAUER 25CH zagięta z drenem, długość 300cm,

5 x serweta gazowa 17N 6W z nitką RTG i tasiemką 45x45cm,

5 x tupfer 15x15cm z nitką RTG,

2x10 kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG,

1 x opatrunek operacyjny z wkładem chłonnym 10x25cm,

1 x czapeczka dla noworodka,

Każdy zestaw wyposażony jest w 2 etykiety samoprzylepne z informacją o numerze serii, dacie ważności i nr katalogowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Dotyczy Pakietu I Zadania 19 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kodu kreskowego? Wyrób jest wyrobem dedykowanym, specjalnie stworzonym na potrzeby Państwa postępowania, dlatego nie posiada jeszcze kodu kreskowego. Przy dostawach będzie dostarczany towar z etykietą zawierającą wszelkie wymagane informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Dotyczy Pakietu I Zadania 19 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

1x serweta dwuwarstwowa z otworem przylepnym o wymiarach 7cm, rozmiar serwety 240x200cm,

1x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm,
1x taśma przylepna rozmiar 9x50cm,
2x ręczniczki do rąk 40x20cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Dotyczy Pakietu I Zadania 20 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kodu kreskowego? Wyrób jest wyrobem dedykowanym, specjalnie stworzonym na potrzeby Państwa postępowania, dlatego nie posiada jeszcze kodu kreskowego. Przy dostawach będzie dostarczany towar z etykietą zawierającą wszelkie wymagane informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117

Dotyczy Pakietu I Zadania 20 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

1x serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m², w kształcie litery T w rozmiarze 225x200cm, ze zintegrowanymi nogawicami, samoprzylepnym otworem w rozmiarze 25x12cm oraz z workiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów,

1x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm,

1x serweta na stół Mayo 80x145cm, warstwa chłonna 85x76cm,

2x ręczniki do rąk 50x40cm,

1x serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w rozmiarze 100x100cm,

1x rzep w rozmiarze 2x25cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Dotyczy Pakietu I Zadania 21 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon z pakowanymi osobno dwiema taśmami klejącymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu bez kodu kreskowego? Wyrób jest wyrobem dedykowanym, specjalnie stworzonym na potrzeby Państwa postępowania, dlatego nie posiada jeszcze kodu kreskowego. Przy dostawach będzie dostarczany towar z etykietą zawierającą wszelkie wymagane informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

1x serweta górna samoprzylepna w rozmiarze 240x150cm,

1x serweta dolna samoprzylepna w rozmiarze 180x170cm,

2x serwety boczne samoprzylepne w rozmiarze 90x75cm,

1x taśma lepna 9x50cm,
4x ręczniczki do rąk w rozmiarze 40x20cm,
1x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm,
1x serweta na stół Mayo 80x145cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

Skład	Ilość	Rozmiar
Serweta z przylepcem z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²	1	240x150
Serweta z przylepcem z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²	1	180x170
Serweta z przylepcem z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 73 g/m ²	2	90x75
Taśma samoprzylepna	1	50x9
Serweta na stół Mayo	1	145x80
Serweta na stół intrum.	1	190x150
Serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	4	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122

Dotyczy Pakietu I Zadania 25 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 8x6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 123

Dotyczy Pakietu I Zadania 25 pozycja 1

Czy Zamawiający może określić czy wymaga serwetę jałową czy niejłową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga serwetę jałową.

Pytanie 124

Dotyczy Pakietu I Zadania 26 pozycja 1

Czy Zamawiający może określić czy wymaga serwetę jałową czy niejłową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga serwetę jałową.

Pytanie 125

Dotyczy Pakietu II Zadania 3 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 200x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 126

Dotyczy Pakietu II Zadania 3 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 127

Dotyczy Pakietu II Zadania 5 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rolce 40mb z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 128

Dotyczy Pakietu II Zadania 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli o składzie: prześcieradło 150x210cm, poszwa 150x200cm, poszewka 75x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129

Dotyczy Pakietu II Zadania 13 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania pieluchomajtki nie posiadające ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu wyrobu? Dopuszczenie wyrobów z jednym lub bez ściągaczy taliowych przyczyni się do braku komfortu użytkownika, personelu, wycieków zawartości i częstych zmian zabrudzonej pościeli. Podwójne ściągacze gwarantują dobre dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta poprzez efekt ciągłego przylegania wyrobu do pasa pacjenta niezależnie czy to podczas zwykłego poruszania się, ćwiczeń, rehabilitacji itp - dodatkowa rozciągliwość pasa w granicach 14 cm obwodu gwarantuje ściśle przyleganie pieluchomajtki i utrzymywanie zawartości wewnątrz pieluchomajtki niezależnie od sytuacji i pozycji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 130

Dotyczy Pakietu II Zadania 13 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby falbanki wewnątrz w pieluchomajtkach były skierowane na zewnątrz pieluchomajtki, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131

Dotyczy Pakietu II Zadania 13 pozycja 1

Czy zamawiający określając wymóg posiadania przylepców umożliwiających wielokrotne zapinanie i odklejanie - miał na myśli że elastyczne przylepce lub przylepco rzepy powinny posiadać cechę rozciągliwości, zmieniając swoją długości w sytuacjach napięcia materiału pieluchomajtki i powracać do swojego pierwotnego wymiaru w sytuacjach zmniejszania naprężeń, co przyczynia się do lepszego i ciągłego dopasowania produktu w okolicy biodrowej pieluchomajtki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132

Dotyczy Pakietu II Zadania 17 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o gramaturze 35 g/m², w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 133

Dotyczy Pakietu II Zadania 20 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby serweta operacyjna była sterylizowana w parze wodnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134

Dotyczy Pakietu II Zadania 20 pozycja 1

Czy na potwierdzenie procesu sterylizacji, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 135

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może oszacować jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 136

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 137

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna opisana w § 5 ust. 1 ppkt. a) i b) naliczana była od części wymiary/dostawy niezrealizowanej w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 138

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 5 ust. 1 ppkt. b) słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 139

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w opisana w § 5 ust. 4 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 140

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 5 ust. 2 zdania o następującej (lub podobnej treści): „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 5

Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 142

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Dotyczy Pakietu II Zadania 5 pozycja 1

Czy zamawiający wymaga podkład na rolce , gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb , perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 x 18 g/m² , natomiast folia PE - grubość 1 x 0,015-0,017 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Dotyczy Pakietu II Zadania 6 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy, z perforacją co 38 cm, szer. 50 cm x 80 m, w rolce?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 147

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 148**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 149**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 150**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł?(100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 151**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 152**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 153**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3**

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 155

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 157

Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 1-3

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 158

Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 1-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159

Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, bez gumki z tyłu, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160

Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162**Dotyczy Pakietu II Zadania 16 pozycja 1-2**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 163**Dotyczy Pakietu II Zadania 16 pozycja 1-2**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy spełnianiu pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 164**Dotyczy Pakietu II Zadania 16 pozycja 1-2**

Czy zamawiający w kolumnie ilość podaje wartości w opakowaniach i oczekuje w poz. 1 – 1000 opakowań po 50 szt.; a w poz.2 – 1500 opakowań po 50 szt.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 165**Dotyczy Pakietu II Zadania 16 pozycja 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, jeżeli wartości podane w kolumnie ilość są w sztukach.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 164.

Pytanie 166**Dotyczy Pakietu II Zadania 17 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarze 210 cm x 160 cm, o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167**Dotyczy Pakietu II Zadania 17 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168**Dotyczy Pakietu II Zadania 18 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169**Dotyczy Pakietu II Zadania 18 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170

Dotyczy Pakietu II Zadania 18 pozycja 1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 171

Dotyczy Pakietu II Zadania 20

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 172

Dotyczy Pakietu II Zadania 20

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 173

Dotyczy Pakietu II Zadania 20

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne zawierające 1 szt., z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 174

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą mayo o warstwie chłonnej 60x85cm, z ręczniczkami w rozmiarze rozmiar 30,5x34, serwetą na stolik instrumentariuszki ze wzmocnieniem 65x190cm, pozostałe parametry i składowe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 175

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 176

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w 4 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30,5 cm x 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 177

Dotyczy Pakietu I Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą samoprzylepną o wymiarach 10 cm x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmą klejącą w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 180

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 3, 10

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2-komorową w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 181

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm z warstwą chłonną w rozmiarze 60x140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 182

Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 6-7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 183**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli w rozmiarze 140x140cm na aparaturę 80x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 184**Dotyczy Pakietu I Zadania 3 pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli w rozmiarze 105x105cm na aparaturę 60x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 185**Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, Odporność na przenikanie cieczy 246,20 cm H₂O w strefie krytycznej i 226,20cm H₂O w strefie mniej krytycznej, paro przepuszczalność 262 mm/s, opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL (dla rozmiaru XXL - długość 157cm, szerokość od pachy do pachy 65cm, długość rękawa do wszycia mankieta 61cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186**Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², indywidualne oznaczenie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, rozmiar: M, L, XL, XXL (dla rozmiaru XXL - długość 157cm, szerokość od pachy do pachy 65cm, długość rękawa do wszycia mankieta 61cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 187**Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, szwy wykonane

techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3, dostępny w rozmiarze XXL - długość 154cm, obwód 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188

Dotyczy Pakietu I Zadania 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zarękawek pakowany a'2sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 189

Dotyczy Pakietu I Zadania 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z polipropylenowej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 190

Dotyczy Pakietu I Zadania 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie o paro przepuszczalności 10 000g/m2/24h?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 191

Dotyczy Pakietu I Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z bluzą z wycięciem „V” pod szyją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192

Dotyczy Pakietu I Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane w karton po 50sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193

Dotyczy Pakietu I Zadania 10

Czy Zamawiający dopuści sterylna ściereczkę chłonna w rozmiarze 40x40cm wykonaną z włókniny typu spunlance?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194

Dotyczy Pakietu I Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195**Dotyczy Pakietu I Zadania 13 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 130cmH₂O

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196**Dotyczy Pakietu I Zadania 13 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m² oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 130cmH₂O

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 197**Dotyczy Pakietu I Zadania 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 198**Dotyczy Pakietu I Zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz połączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 199

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 200

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 201

Dotyczy Pakietu I Zadania 22 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30,5 cm x 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 202

Dotyczy Pakietu I Zadania 22

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS w rozmiarze 70cm x 120cm, pakowaną a'2sztukim, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 203

Dotyczy Pakietu I Zadania 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204**Dotyczy Pakietu I Zadania 26**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w rozmiarze 114x150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 205**Dotyczy Pakietu II Zadania 1 pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 50x90cm lub 70x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 206**Dotyczy Pakietu II Zadania 1 pozycja 1b**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 60x52cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 207**Dotyczy Pakietu II Zadania 1 pozycja 1c**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 42x42cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 208**Dotyczy Pakietu II Zadania 1 pozycja 1d**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 15x26cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 209**Dotyczy Pakietu II Zadania 2**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na mikroskop w rozmiarze 115x260cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 210**Dotyczy Pakietu II Zadania 3 pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej laminowanej folią o gramaturze 25g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prześcieradło o gramaturze 45g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 211**Dotyczy Pakietu II Zadania 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 212**Dotyczy Pakietu II Zadania 4 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213

Dotyczy Pakietu II Zadania 5

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 214

Dotyczy Pakietu II Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 215

Dotyczy Pakietu II Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 150x210cm, pozostałe składowe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216

Dotyczy Pakietu II Zadania 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 217

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany, co 38cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 218

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 219

Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 37,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 220

Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221**Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm., średnica denka 20,5cm +/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. pakowany a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 222**Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 223**Dotyczy Pakietu II Zadania 12 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 224**Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze ściągnięte gumką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225**Dotyczy Pakietu II Zadania 14 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 226**Dotyczy Pakietu II Zadania 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 227**Dotyczy Pakietu II Zadania 18**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 228**Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 229

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm o powierzchni klejącej 55x51cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 230

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1a, b, e

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 231

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1c

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 232

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'40sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 233

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni klejącej 40x35cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 234

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1c

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x30cm o powierzchni klejącej 20x26cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 235

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1d

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15x28cm o powierzchni klejącej 15x21cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 236

Dotyczy Pakietu II Zadania 19 pozycja 1e

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30x28cm o powierzchni klejącej 30x21cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 237**Dotyczy Pakietu II Zadania 20**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 238**Dotyczy Pakietu II Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 239**Dotyczy Pakietu II Zadania 11 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady jednorazowe w rolce z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 240**Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 9**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 241**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:

a) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości

b) 0,2% wartości niezrealizowanej części umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź:

- a. Zamawiający nie wyraża zgody.
- b. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 242**Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2:

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.