

**ZADANIE 1****DZIERŻAWA ANALIZATORÓW Z ODCZYNNIKAMI DO BADAŃ  
IMMUNOCHEMICZNYCH**

Nazwa i typ aparatu / głównego : ..... /zapasowego: .....

Producent: ..... / głównego: ..... /zapasowego: .....

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
ANALIZATORA GŁÓWNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>OPIS PARAMETRÓW</b>	<b>TREŚĆ OFERTY</b>
1.	PEŁNY AUTOMAT	
2.	DWUKIERUNKOWE PRZESYŁANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - PODŁĄCZENIE NA KOSZT WYKONAWCY	
3.	ANALIZATOR POSIADA WBUDOWANY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI.	
4.	WYKONAWCA ZAPEWNI LABORATORIUM UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI JAKOŚCI MINIMUM 4 RAZY W ROKU	
5.	ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA	

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH  
ANALIZATORA ZAPASOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>OPIS PARAMETRÓW</b>	<b>TREŚĆ OFERTY</b>
1.	PRZESYŁANIE DANYCH Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO-PODŁĄCZENIE NA KOSZT WYKONAWCY	
2.	ODCZYNNIKI GOTOWE DO UŻYCIA	

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane analizatory są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.**

**KRYTERIA OCENY OFERT:**

60% CENA

40% PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

**PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE (OCENIANE)**

<b>Lp.</b>	<b>Opis parametrów</b>	<b>Treść oferty (wypełnić)</b>	<b>Ocena</b>
1.	MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA POJEDYNCZYCH OZNACZEŃ		TAK – 20 PKT NIE – 0 PKT
2.	ANALIZATOR POSIADA SYSTEM KONTROLI POPRAWNOŚCI DOZOWANIA ODCZYNNIKÓW I PRÓBEK BADANYCH		TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT
3.	ANALIZATOR POSIADA SYSTEM WYKRYWANIA SKRZEPÓW I PĘCHERZYKÓW POWIETRZA		TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT
4.	NADZÓR APLIKACYJNY I SERWISOWY ON-LINE		TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT
5.	AUTOMATYCZNE KALIBRACJE I ROZCIEŃCZANIE NA POKŁADZIE ANALIZATORA		TAK – 5 PKT NIE- 0 PKT

## FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa	Ilość testów w okresie 36 miesięcy	Cena za jedno badanie + koszty *	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie (PLZ)	Wartość ogólna netto (6 x 7)	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto (8 + 10)	Producent i nr katalogowy
								%	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EBV VCA IGG	300									
2.	EBV VCA IGM	300									
3.	RUBELLA IGG	300									
4.	RUBELLA IGM	300									
5.	BORRELIA BURGENDORFERI <i>sensu lato</i> IGG	300 testów surowica / 200pmr									
6.	BORRELIA BURGENDORFERI <i>sensu lato</i> IGM	300 testów surowica									
7.	CMV IGG	200									
8.	CMV IGM	200									
9.	TOXO IGG	300									
10.	TOXO IGM	300									
11.	HAV IGM	100									
12.	ANTY-HAV TOTAL	300									
13.	VARICELLA - ZOSTER IGG ( WIRUS OSPY)	100									

14.	MEASLES IGG (WIRUS ODRY)	600									
15.	HSV (OPRYSZCZKA)	100									
16.	ESTRADIOL	400									
17.	FSH	400									
18.	LH	400									
19.	PROGESTERON	200									
<b>Wartość ogółem za odczynniki :</b>											

* Kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i inne konieczne do wykonania podanej ilości badań (należy wymienić)											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											

Dzierżawa	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	koszt dzierżawy za okres 36 miesięcy			
		Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator (główny + zapasowy)					

**Łączna cena brutto oferty** (koszt odczynników + kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne + dzierżawy analizatorów) wynosi :

..... zł

Słownie złotych : .....

**WARUNKI WYMAGANE:**

1. w kolumnie nr 6 należy stosować zaokrąglenia w górę do pełnego opakowania
2. W cenie jednego oznaczenia muszą zawierać się wszystkie materiały konieczne do jego wykonania tj.: kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne
3. Wszystkie odczynniki i materiały konieczne do wykonania oznaczeń muszą wystarczyć na zakontraktowaną ilość badań. W przypadku niedoszacowania oferty Wykonawca nieodpłatnie dostarczy brakujący asortyment.