

ZADANIE 6**DZIERŻAWA ANALIZATORÓW Z ODCZYNNIKAMI DO IDENTYFIKACJI
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW**

Nazwa i typ aparatu / głównego : /zapasowego:

Producent: / głównego: / zapasowego:

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
ANALIZATORA GŁÓWNEGO**

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	TREŚĆ OFERTY
1.	PEŁNY AUTOMAT , ROK PRODUKCJI 2015-2018, CE	
2.	APARAT WYKONUJE AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE TESTÓW, WYKONANIE ROZCIEŃCZENIA, INKUBACJA ODCZYT ORAZ USUWANIE TESTÓW PO ODCZYCI W OBRĘBIE APARATU	
3.	MOŻLIWOŚĆ IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI KLINICZNIE ISTOTNYCH DROBNOUSTROJÓW: BAKTERIE TLENOWE I BEZTLENOWE GRAM+, BAKTERIE GRAM -, GRZYBY. PROSZĘ DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DROBNOUSTROJÓW	
4.	ANALIZATOR WYKRYWA I IDENTYFIKUJE MECHANIZMY OPORNOŚCI Z ALARMOWANIEM W PRZYPADKU WYNIKÓW NIETYPOWYCH	
5.	ANALIZATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW DO 5-8 GODZIN BAKTERIE, DO 18 GODZIN GRZYBY	
6.	ANALIZATOR JEST WYPOSAŻONY/ DOŁĄCZONY CZYTNIK KODÓW PASKOWYCH	
7.	ANALIZATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM LABORATORIUM INFOMEDICA	

8.	PODŁĄCZENIE ANALIZATORA DO SIECI INFORMATYCZNEJ LABORATORIUM NA KOSZT WYKONAWCY	
9.	ANALIZATOR DOSTARCZONY Z ODPOWIEDNIM DLA NIEGO KOMPUTEREM ORAZ UPS	
10.	PODŁĄCZENIE ON-LINE DO DO SERWISU TECHNICZNEGO WYKONAWCY UMOŻLIWIAJĄCE NADZÓR NAD APARATEM I ZDALNĄ POMOC TECHNICZNĄ I APLIKACYJNĄ.	
11.	WYKONAWCA ZAPEWNI LABORATORIUM UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI JAKOŚCI WYKONYWANYCH BADAŃ MINIMUM 4X W ROKU -LABQUALITY	
12.	WYKONAWCA ZAPEWNI SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII 1 RAZ W ROKU DLA 1 OSOBY	
13.	WYKONAWCA DOSTARCZY KLIMATYZTOR NA OKRES UMOWY(WRAZ Z SERWISEM TECHNICZNYM)	

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
ANALIZATORA ZAPASOWEGO**

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	TREŚĆ OFERTY
1.	PEŁNY AUTOMAT , ROK PRODUKCJI 2015-2018, CE	
2.	MOŻLIWOŚĆ IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI KLINICZNIE ISTOTNYCH DROBNOUSTROJÓW: BAKTERIE TLENOWE I BEZTLENOWE GRAM+, BAKTERIE GRAM -, GRZYBY. PROSZĘ DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DROBNOUSTROJÓW	
3.	ANALIZATOR WYKRYWA I IDENTYFIKUJE MECHANIZMY OPORNOŚCI Z ALARMOWANIEM W PRZYPADKU WYNIKÓW NIETYPOWYCH	
4.	ANALIZATOR Z MOŻLIWOŚCIĄ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW DO 5-8 GODZIN BAKTERIE, DO 18 GODZIN GRZYBY	

5.	ANALIZATOR JEST WYPOSAŻONY/ DOŁĄCZONY CZYTNIK KODÓW PASKOWYCH	
6.	ANALIZATOR Z DWUKIERNKOWĄ KOMUNIKACJI Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM LABORATORIUM INFOMEDICA	
7.	PODŁĄCZENIE ANALIZATORA DO SIECI INFORMATYCZNEJ LABORATORIUM NA KOSZT WYKONAWCY	
8.	ANALIZATOR DOSTARCZONY Z ODPOWIEDNIM DLA NIEGO UPS	
9.	PODŁĄCZENIE ON-LINE DO SERWISU TECHNICZNEGO WYKONAWCY UMOŻLIWIAJĄCE NADZÓR NAD APARATEM I ZDALNĄ POMOC TECHNICZNĄ I APLIKACYJNĄ.	
10.	WYKONAWCA DOSTARCZY KLIMATYZTOR NA OKRES UMOWY(WRAZ Z SERWISEM TECHNICZNYM)	

**UWAGA : ANALIZATOR GŁÓWNY I ZAPASOWY PRACUJĄ NA TYCH SAMUYCH
ODCZYNNIKACH**

**Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane analizatory są kompletne
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.**

KRYTERIA OCENY OFERT:

60% CENA

40% PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE (OCENIANE)

Lp.	Opis parametrów	Treść oferty (wypełnić)	Ocena
1.	AUTOMATYCZNA/ FIRMOWA AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH „EUCAST”		TAK – 20 PKT NIE – 0 PKT
2.	ROZDZIELNOŚĆ TESTÓW IDENTYFIKACYJNYCH I ANTYBIOGRAMOWYCH		TAK – 20 PKT NIE- 0 PKT

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa	Ilość oznaczeń w okresie 36 miesięcy	Cena za jedno badanie + koszty *	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie (PLZ)	Wartość ogólna netto (6 x 7)	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto (8 + 10)	Producent i nr katalogowy
								%	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Karty identyfikacyjne dla pałeczek Gram-ujemnych	9 000									
2.	Karty identyfikacyjne Neisseria/ Haemophilus	300									
3.	Karty identyfikacyjne dla bakterii Gram- dodatnich	6 000									
4.	Karty identyfikacyjne dla beztlenowców	700									
5.	Karty identyfikacyjne dla grzybów	400									
6.	Oznaczenie lekowrażliwości pałeczek Gram- ujemnych	8 000									
7.	Oznaczenie lekowrażliwości gronkowców	4 000									
8.	Oznaczenie lekowrażliwości paciorkowców	2 000									
9.	Oznaczenie lekowrażliwości grzybów	120									

10.	Oznaczenie lekowrażliwości pałeczek Gram-ujemnych niefermentujących	5 000									
11.	Oznaczenie lekowrażliwości enterokoków	1 000									
Wartość ogółem za odczynniki :											

* Kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i inne konieczne do wykonania podanej ilości badań (należy wymienić)											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											

Dzierżawa	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	koszt dzierżawy za okres 36 miesięcy			
		Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator (główny + zapasowy)					

Łączna cena brutto oferty (koszt odczynników + kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne + dzierżawy analizatorów) wynosi :

..... zł

Słownie złotych :

WARUNKI WYMAGANE:

1. W kolumnie nr 6 należy stosować zaokrąglenia w górę do pełnego opakowania
2. W cenie jednego oznaczenia muszą zawierać się wszystkie materiały konieczne do jego wykonania tj.: kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne
3. Wszystkie odczynniki i materiały konieczne do wykonania oznaczeń muszą wystarczyć na zakontraktowaną ilość badań. W przypadku niedoszacowania oferty Wykonawca nieodpłatnie dostarczy brakujący asortyment.