

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE 4 (ICD dla osób drobnej budowy ciała)

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy	szt.	3								
2.	Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy	szt.	7								
3.	Elektrody defibrylujące jednokoilowe	szt.	8								
4.	Elektrody defibrylujące dwukoilowe	szt.	2								
5.	Elektrody przedsionkowe	szt.	4								
6.	Introducer do przezskórnego wprowadzenia elektrody defibrylującej	szt.	10								
7.	Introducer do przezskórnego wprowadzenia elektrody przedsionkowej	szt.	4								
	Wartość zamówienia:										

WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY MAŁEJ OBJĘTOŚCI Z ELEKTRODĄ I INTRODUCEREM DLA OSÓB DROBNEJ BUDOWY CIAŁA

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Rok produkcji 2019/2020	Wymagane	
2.	Okres sterylności min. 12 miesięcy	Wymagane	
3.	Preferowana mniejsza objętość urządzenia	Ocena 0-3 pkt	
4.	Rodzaj stymulacji VVIR; VVI	Wymagane	
5.	Maksymalna energia terapii wysokoenergetycznej min. 35 J	Wymagane	
6.	Terapia antytachyarytmiczna ATP	Wymagane	
7.	Programowalne 2 strefy częstoskurczu komorowego i strefa migotania komór	Wymagane	
8.	Dyskryminacja częstoskurczu komorowego i nadkomorowego	Wymagane	
9.	Pamięć EGM	Wymagane	
10.	Pamięć trendu oporności elektrody	Wymagane	
11.	Pamięć trendu wartości potencjału wewnątrzsercowego	Wymagane	
12.	Złącze elektrody defibrylującej DF4.	Wymagane	
13.	Elektrody defibrylujące aktywnej fiksacji jednokoilowe DF4 z introducerem. Elektrody z możliwością wykonania MRI (z dopuszczeniem wyłączenia określonych stref ciała).	Wymagane	
14.	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	Wymagana	
15.	Dostępność konsultanta medycznego mogącego uczestniczyć w wybranych zabiegach	Wymagana	

16.	Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania ICD	Wymagana	
17.	Zapewnienie stałego nieodpłatnego użytkowania 2 programatorów (w tym jeden do pomiarów śródoperacyjnych). Zapewnienie kabli pomiarowych.	Wymagane	
18.	Narzędzie/nakładka na elektrodę DF4 do pomiarów śródoperacyjnych	Wymagane	

WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY MAŁEJ OBJĘTOŚCI Z ELEKTRODĄ I INTRODUCEREM DLA OSÓB DROBNEJ BUDOWY CIAŁA

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Rok produkcji 2019/2020	Wymagane	
2.	Okres sterylności min. 12 miesięcy	Wymagane	
3.	Preferowana mniejsza objętość urządzenia	Ocena 0-3 pkt	
4.	Rodzaj stymulacji DDDR, DDD, VVIR; VVI	Wymagane	
5.	Algorytm promujący przewodzenie drogą fizjologiczną	Wymagane	
6.	Maksymalna energia terapii wysokoenergetycznej min. 35 J	Wymagane	
7.	Terapia antytachyarytmiczna ATP	Wymagane	
8.	Programowalne 2 strefy częstoskurczu komorowego i strefa migotania komór	Wymagane	
9.	Dyskryminacja częstoskurczu komorowego i nadkomorowego	Wymagane	
10.	Pamięć EGM	Wymagane	
11.	Pamięć trendu oporności elektrod	Wymagane	

12.	Pamięć trendu wartości potencjału wewnątrzsercowego	Wymagane	
13.	Złącze elektrody defibrylującej DF4.	Wymagane	
14.	Elektrody defibrylujące aktywnej fiksacji jednokoilowe DF4 z introducerem. Elektrody z możliwością wykonania MRI (z dopuszczeniem wyłączenia określonych stref ciała).	Wymagane	
15.	Elektrody przedsionkowe aktywnej fiksacji z introducerem z (warunkowym) dopuszczeniem do MRI	Wymagane	
16.	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	Wymagana	
17.	Dostępność konsultanta medycznego mogącego uczestniczyć w wybranych zabiegach	Wymagana	
18.	Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania ICD	Wymagana	
19.	Zapewnienie stałego nieodpłatnego użytkowania 2 programatorów (w tym jeden do pomiarów śródoperacyjnych). Zapewnienie kabli pomiarowych.	Wymagane	
20.	Narzędzie/nakładka na elektrodę DF4 do pomiarów śródoperacyjnych	Wymagane	

.....
/podpis wykonawcy/