

**FORMULARZ CENOWY – ZADANIE 5****Kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizacji z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji**

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D)	szt.	7								
2.	Elektroda defibrylująca	szt.	9								
3.	Elektroda stymulująca (przedsionkowa)	szt.	7								
4.	Elektroda lewokomorowa	szt.	14								
5.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	8								
6.	Lider wieńcowy	szt.	14								
7.	Subselektor	szt.	14								
8.	Prowadnik angioplastyczny	szt.	10								
9.	Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej	szt.	8								
10.	Introducery do przezskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	14								
	<b>Wartość zamówienia:</b>										

Lp.	Parametry wymagane i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy w środowisku MRI	Wymagane	
2.	Dostarczona energia defibrylacji min. 35J	Wymagane	
3.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Wymagane	
4.	Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F	Wymagane	
5.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	Wymagane	
6.	Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej	Wymagane	
7.	Możliwość dostarczenia ATP przed lub w trakcie ładowaniem kondensatorów	Wymagane	
8.	Czas sterylności min 12 miesięcy	Wymagane	
9.	Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018 r - wymagany rok produkcji 2018r., dla dostaw realizowanych w 2019 r. – wymagany rok produkcji 2019 (przez pierwszy kwartał 2019 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018 r. )	Wymagane	
10.	Możliwość stosowania elektrod LV czteropolowych (Wykonawca zapewnia urządzenia IS1 dla elektrod bipolarnych lub IS4 dla elektrod 4 polarnych – do wyboru)	Wymagane	
11.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej	Wymagane	

	powyżej 40 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *) Zamawiający wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań.		
12.	Zapewnienie szkoleń z implantacji i programowania CRT-D, w tym szkolenie podczas wykonywania zabiegu.	Wymagane	
<b>Parametry oceniane</b>			
13.	Objętość urządzenia <38 cm <sup>3</sup>	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
14.	Sygnały alarmowe urządzenia	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
15.	Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	
16.	Elektroda defibrylacyjna pokryta materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	

.....

/podpis wykonawcy/