

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej - powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-54/N/18) na portalu UZP nr 557420-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniu 10.06.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 4 ust. 5)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 18 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ. § 4 ust. 18 dotyczy reklamacji.

Pytanie 3

Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 par 5 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 5 ust. 1

Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:

a) 0,2% wartości niezrealizowanej zareklamowanej części umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej/ zareklamowanej części umowy

b) 0,2% wartości niezrealizowanej w terminie części umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy

Odpowiedź:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody
- b) Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 par 5 ust. 2

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości *niezrealizowanej części* umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy Zadania 4

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 4 dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii aspiracyjnej o długości 140cm, z metalowym opłotem zwiększającym sztywność, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055”), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczany wraz z dwoma strzykawkami a’30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.