

Zadanie II

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

L.p.	Wymagane warunki i parametry	Wymóg	Oferowane warunki i parametry
Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża w ilości 20 szt.			
I	PARAMETRY OGÓLNE		
1	Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża	TAK	
2	Regulacja wysokości leża mierzona bez materaca na poziomie minimum 380-700 mm	TAK, podać	
3	Minimalna wysokość leża nie wyższa niż 380 mm	380mm: 0 pkt Poniżej 380mm: 10pkt	
4	Wymiary zewnętrzne: 2150 x 950 mm (±20 mm)	TAK, podać	
5	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
6	Leże złożone z dwóch segmentów. Każdy z segmentów leża wypełniony jednolitym, zaokrąglonym panelem wyposażonym w otwory zapewniającym cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się rozwiązania w postaci stalowych lameli lub siatki z drutu	TAK	
7	Regulowany kąt uniesienia segmentu oparcia pleców minimum 75°.	TAK, podać	
8	Szczyty wykonane z ABS lub ze stali malowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL – do wyboru przez Zamawiającego. Szczyty zabezpieczone przed wypadnięciem np. podczas transportu. Możliwość demontażu szczytów bez użycia narzędzi.	TAK	
9	Możliwość wyboru koloru szczytów łóżka (minimum 7) przez Zamawiającego.	8 i więcej kolorów: 10 pkt 7 kolorów: 0 pkt	
10	Barierki boczne, pojedyncze, po obu stronach łóżka, chroniące pacjenta na co najmniej ¼ długości leża z możliwością przedłużenia do długości całego leża . wykonane ze stopu aluminium. Możliwość demontażu barierki bocznej w razie awarii za pomocą prostych narzędzi bez potrzeby usuwania pacjenta z łóżka. Barierki składane poniżej poziomu materaca, zabezpieczone konstrukcyjnie przed przytrzaśnięciem palców.	TAK	
11	Barierki boczne, posiadające bezpieczny co najmniej dwustopniowy mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta. Zatrzaśnięcie barierki wyraźnie sygnalizowane kliknięciem. Zwalnianie barierki za pomocą wyraźnie	TAK, podać	

Zadanie II

	zaznaczonego elementu umieszczonego w górnej części barierki np. czerwony przycisk. Nie dopuszcza się systemu zwalniania barierki zmuszającego personel do schylania się.		
12	Koła blokowane o średnicy minimum 125 mm	TAK	
13	Przynajmniej dwa uchwyty na worki urologiczne, stojak na kroplówkę z możliwością montażu w każdym rogu łóżka, co najmniej dwie tuleje na wysięgnik ręki umieszczone od strony głowy pacjenta.	TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt	
14	<p>Łóżko wyposażone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Materac łóżka z pokrowcem wodoodpornym, paro przepuszczalnym i łatwowymywalnym. Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta, gęstość wypełnienia materaca minimum 25 kg/m³. Wysokość materaca minimum 10 cm. Pokrowiec materaca nadający się do prania i dezynfekcji. Wymagane dokumenty dot. Materaca: atest higieniczny PZH nr HK/B/0056/01/2016, ISO 17050-1 – Stojak na kroplówkę – Tworzywowa ramka do kart gorączkowych zawieszana na szczycie łóżka spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych – Uchwyt na kule o każdej grubości. Wykonany z wytrzymałego materiału. Długość – 55mm (±2mm), Szerokość – 40mm (±3mm), Wysokość – 20mm 	TAK, podać	
15	Dopuszczalne obciążenie minimum 250 kg	TAK, podać	
16	Wskaźnik najniższej pozycji leża	TAK	
17	Łóżko trwale oznakowane znakiem CE	TAK	
18	Gwarancja minimum 24 m-ce	TAK, podać	
Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym w ilości 20 szt.			
	PARAMETRY OGÓLNE		
1	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium. Odporna na dezynfekcję. Nie dopuszcza się elementów z ABS, które po pewnym czasie tracą walory estetyczne.	TAK	
2	Szafka wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną szafkę.	TAK	
3	Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz ręczce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki.	TAK	
4	Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym.	TAK	
5	Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym	TAK	
6	Drzwi szafki zamykające się na magnes z uchwytem aluminiowym.	TAK	
7	4 cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane.	TAK	
8	3 relingi z aluminium umieszczone na głównym blacie zapobiegające zsuwaniu się rzeczy.	TAK	

Zadanie II

9	Wymiary szafki: Wysokość 80cm (± 2 cm) Szerokość 60cm (± 2 cm) Głębokość 40cm (± 2 cm)	TAK, podać	
10	Regulacja wysokości blatu bocznego: 75-100 cm (± 2 cm)	TAK, podać	
11	Wymiary blatu bocznego: Głębokość 30cm (± 2 cm) Szerokość 45cm (± 2 cm)	TAK, podać	
12	Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką: Wysokość minimum 20cm	20cm: 0 pkt Więcej niż 20cm: 10 pkt	
13	Dostępne kolory szafki minimum 5 do wyboru przez Zamawiającego	6 kolorów i więcej: 10 pkt 5 kolorów: 0 pkt	
14	Gwarancja minimum 24 m-ce	TAK, podać	
<p>UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:.....</p> <p>Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.</p>			

.....

(podpis wykonawcy)