

**MIEDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 - 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2  
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX 613-19-92

SZPM – ZP/411/172/19

Warszawa, dnia 28.06.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców**  
wg rozdzielnika

Dotyczy: Zawiadomienia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na dostawę sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej - powtórzenie na portalu UZP nr 557420-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej - powtórzenie najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów wymienionych w SIWZ uzyskały oferty firm :

**Zadanie 1**

Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 54a/2  
53-333 Wrocław

<b>Cena 60 %</b>	<b>Kryterium 2 jakość 40 %</b>	<b>Łącznie</b>
60 pkt.	40pkt.	100pkt

Wyżej wymieniony Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w siwz kryteria.

Ponadto do postępowania przystąpił niżej wymieniony Wykonawca i otrzymał następującą ilość punktów:

<b>Nr of</b>	<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>Cena 60 %</b>	<b>Kryterium 2 Jakość 40 %</b>	<b>Łącznie</b>
4	Mtes Sp. z o.o. ul. Rakowicka 10b/4 31-511 Kraków	60pkt	36pkt	96pkt

**Zadanie 2**

Biotronic Polska Sp. z o.o.  
Murawa 12-18  
61-655 Poznań

<b>Cena 60 %</b>	<b>Kryterium 2 jakość 40 %</b>	<b>Łącznie</b>
60 pkt.	40pkt.	100pkt

Wyżej wymieniony Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w siwz kryteria oraz jako jedyny przystąpił do ww. zadania.

### Zadanie 3

Tietze Medical Sp. z o.o.  
ul. Osiedle 28  
46-060 Prószków

Cena 60 %	Kryterium 2 jakość 40 %	Łącznie
60 pkt.	16pkt.	76pkt

Wyżej wymieniony Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w siwz kryteria. Oferta nr 2 jest jedyną ważną ofertą w ww. zadaniu.

### Zadanie 4

Biotronic Polska Sp. z o.o.  
Murawa 12-18  
61-655 Poznań

Cena 60 %	Kryterium 2 jakość 40 %	Łącznie
60 pkt.	32pkt.	92pkt

Wyżej wymieniony Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w siwz kryteria oraz jako jedyny przystąpił do ww. zadania.

Ponadto Zamawiający powołując się na art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że:

Oferta Wykonawcy Agencja Naukowo-Techniczna Symico Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 54A/2, który przystąpił do **Zadania nr 3** została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

**Powód odrzucenia:** Wykonawca złożył wraz z ofertą próbkę (tj. Y konektor z drenem) posiadającą nr REF 616111, która jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami tj. formularzem cenowym oraz katalogiem – w dokumentach wykazany jest nr REF 616117.

Oferta Wykonawcy Mtes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Rakowicka 10B lok. 4, który przystąpił do **Zadania nr 3** została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

**Powód odrzucenia:** Zamawiający wymagał zastawkę hemostatyczną z trzema pozycjami pracy: zamknięcie całkowite, otwarcie oraz pozycja pośrednia (półotwarta). Wykonawca zaoferował zastawkę, w której brak jest pozycji półotwartej.

W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w Zadaniach: **1, 2, 3, 4**, do podpisania umowy w dniu **04.07.2019 r.**