

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 14.08.2018 r.

W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **zakup zestawów łóżkowych szpitalnych dla potrzeb ogólnie szpitalnych oraz Oddziału Okulistycznego** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr referencyjny D-33/N/18 (ogłoszenie w BZP nr 602776-N-2018 z dnia 09.08.2018 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 13.08.2018 r.,

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

DOTYCZY ZADANIA NR II

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał ze względu na przeznaczenie łóżka dla całego pakietu jednego wałka przeznaczonego do bezpiecznego pozycjonowania pacjenta na łóżku. Wałek o wymiarach minimum 20x200cm. Wyrób medyczny spełniający zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EEC oraz spełniający normę ISO 12952 (ocena zapalności), EN ISO 10993-1:2009 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych), EN 14126 (Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie 2

Po zapoznaniu się ze specyfikacją zwracamy się do Zamawiającego o zmianę brzmienia punktu 1 w pakiecie II z "Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża." na "Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża."

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis punktu 1 w zestawieniu parametrów technicznych na: „Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża."

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 12a przedłuża termin składania ofert do dnia 21.08.2018 r. (składanie ofert do godz. 10.30, otwarcie ofert godz. 11.00)