

FORMULARZ CENOWY**Urządzenie do resynchronizacji (CRT-P) z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji**

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urządzenie do resynchronizacji (CRT-P)	szt.	3								
2.	Elektroda stymulująca (przedsionkowa)	szt.	4								
3.	Elektroda lewokomorowa	szt.	6								
4.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	6								
5.	Lider wieńcowy	szt.	6								
6.	Subselektor	szt.	6								
7.	Prowadnik angioplastyczny	szt.	5								
8.	Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej	szt.	6								
9.	Introducery do przezskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	6								
	Wartość zamówienia:										

Lp.	Parametry wymagane i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy w środowisku MRI	Wymagane	
2.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Wymagane	
3.	Elektrody przedsionkowe i prawokomorowe sterydowe, bipolarne, aktywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F	Wymagane	
4.	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	Wymagane	
8.	Czas sterylności min 12 miesięcy	Wymagane	
9.	Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2019 r - wymagany rok produkcji 2019r., dla dostaw realizowanych w 2020 r. – wymagany rok produkcji 2020 (przez pierwszy kwartał 2020 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2019 r.)	Wymagane	
10.	Możliwość stosowania elektrod LV czteropolowych (Wykonawca zapewnia urządzenia IS1 dla elektrod bipolarnych lub IS4 dla elektrod 4 polarnych – do wyboru)	Wymagane	
11.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 40 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia.	Wymagane	

	*) Zamawiający wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań.		
12.	Zapewnienie szkoleń z implantacji i programowania CRT-P, w tym szkolenie podczas wykonywania zabiegu.	Wymagane	
Parametry oceniane			
13.	Objętość urządzenia <38 cm ³	Tak – 10 pkt; Nie – 0pkt	

.....
/podpis wykonawcy/