

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: [zamowienia@mssw.pl](mailto:zamowienia@mssw.pl) internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 02.08.2019 r.

**W Y J A Ś N I E N I E**

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz urządzeń do resuscytacji wraz z akcesoriami (powtórzenie)** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-32/N/19 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP nr 579475-N-2019 z dnia 29.07.2019 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawców w dniu 02.08.2019 r.

Treści zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

**PYTANIE**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRT-P w konfiguracji z elektrodą lewokomorową bipolarną non MRI, przy czym z elektrodą 4 polową zestaw będzie pro MRI

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**