

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127    FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl    internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 19.09.2019 r.

**WYJAŚNIENIE**

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej – powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-30/N/19) na portalu UZP nr 596453-N-2019 w dniu 13.09.2019 r. oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 13 –18.09.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

**Pytania:**

**Pytanie 1**

**Dotyczy Zadania 2 poz. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

**Dotyczy Zadania 14 poz. 53**

Czy Zamawiający dopuści Młotek typu HEATH, dł. 235 mm, śr. 30 mm, waga 350 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Dotyczy Zadania 14**

a) Pakiet 14, poz. 5 i poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka dł. 340mm, pozostałe parametry bez zmian.

b) Pakiet 14, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

c) Pakiet 14, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne nazwa własna REYNOLDS dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

d) Pakiet 14, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki z

zamkiem dł. 220mm, lub 250mm pozostałe parametry bez zmian.

- e) Pakiet 14, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek waga 1100g, śr. 50mm, dł. 265mm, pozostałe parametry bez zmian.
- f) Pakiet 14, poz. 44: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna CRILE RANKIN, pozostałe parametry bez zmian.
- g) Pakiet 14, poz. 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia szer. 25mm, dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.
- h) Pakiet 14, poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, podważka czubek 37mm, dł. 350mm, pozostałe parametry bez zmian.
- i) Pakiet 14, poz. 48: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.
- j) Pakiet 14, poz. 49: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dźwignia nazwa własna HOHMANN, pozostałe parametry bez zmian.
- k) Pakiet 14, poz. 50: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, korkociąg dł. 230mm, lub 270mm, pozostałe parametry bez zmian.
- l) Pakiet 14, poz. 51 i poz. 52: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.
- l) Pakiet 14, poz. 53: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek nazwa własna WILLIGER dł. 240mm, śr. 28mm, waga 340g, pozostałe parametry bez zmian.
- m) Pakiet 14, poz. 54: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek Bergmann dł. 235mm, pozostałe parametry bez zmian.
- n) Pakiet 14, poz. 55: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający wyraża zgodę.
- b) Zamawiający wyraża zgodę.
- c) Zamawiający nie wyraża zgody.
- d) Zamawiający wyraża zgodę.
- e) Zamawiający wyraża zgodę.
- f) Zamawiający wyraża zgodę.
- g) Zamawiający wyraża zgodę.
- h) Zamawiający wyraża zgodę.
- i) Zamawiający wyraża zgodę.
- j) Zamawiający wyraża zgodę.

- k) Zamawiający wyraża zgodę.
- l) Zamawiający wyraża zgodę.
- ł) Zamawiający wyraża zgodę.
- m) Zamawiający wyraża zgodę.
- n) Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 9**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 – 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:
  - a) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego przedmiotu umowy;
  - b) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy;

##### **Odpowiedź:**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2**

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 4**

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9****Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10****Dotyczy Zadania 14 poz. 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 5 dopuści: Łyżeczka kostna, dł. 270 mm, szer. 8,5 mm, niebieski uchwyt z tworzywa PEEK?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11****Dotyczy Zadania 14 poz. 6**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 6 dopuści: Łyżeczka kostna, dł. 270 mm, szer. 6,8 mm, niebieski uchwyt z tworzywa PEEK?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12****Dotyczy Zadania 14 poz. 15**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 15 dopuści: Nożyczki chirurgiczne typu JAMESON dł. 150 mm odgięte końce bardzo delikatne tępe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13****Dotyczy Zadania 14 poz. 23**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 23 dopuści: Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER 225 mm proste 1x2 zębki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14****Dotyczy Zadania 14 poz. 25**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 25 dopuści: Kleszczyki naczyniowe typu PEAN-DELICATE 185 mm odgięte?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15****Dotyczy Zadania 14 poz. 28**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 28 dopuści: Kleszczyki naczyniowe Kocher 185 mm odgięte 1x2 zębki mocne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16****Dotyczy Zadania 14 poz. 30**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 30 dopuści: Kleszczyki typu GROSS-MAIER dł. 200 mm proste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17****Dotyczy Zadania 14 poz. 32 do 36**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punktach 32 do 36 dopuści: Dłuto typu STILLE dł. 205 mm pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18****Dotyczy Zadania 14 poz. 37**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 37 dopuści: Odgryzacz kostny typu STILLE-RUSKIN dł. 240 mm 23 x 8 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19****Dotyczy Zadania 14 poz. 38**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 38 dopuści: Odgryzacz kostny typu STILLE-LUER dł. 225 mm 23 x 10 mm prosty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20****Dotyczy Zadania 14 poz. 39 do 41**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punktach 39 do 41 dopuści: Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE dł. 215 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21****Dotyczy Zadania 14 poz. 42**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 42 dopuści: Młotek, dł. 240 mm, śr. 45 mm, waga 1160 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22****Dotyczy Zadania 14 poz. 43**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 43 dopuści: Trzonek do noży wymiennych z podziałką dł. 125 mm nr.3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23****Dotyczy Zadania 14 poz. 46**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 46 dopuści: Dźwignia kostna typu HOHMANN, dł. 260 mm, szer. 25 mm końcówka zaokrąglona tępą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24****Dotyczy Zadania 14 poz. 47**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 47 dopuści: Podważka do stawu biodrowego, typu HOHMANN, dł. 300 mm, czubek z nacięciami 22 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25**

**Dotyczy Zadania 14 poz. 53**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 53 dopuści: Młotek typu HEATH, dł. 190 mm, śr. 20 mm, waga 350 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

**Dotyczy Zadania 14 poz. 55**

Czy Zamawiający w Zadaniu 14 w punkcie 55 dopuści: Młotek typu BERGMANN dł. 240 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.