

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wytwornica pary czystej do zasilania 2 sterylizatorów parowych

nazwa:

model:

producent:

kraj produkcji:

Parametry wymagane (graniczne)		Warunek	Oferowane warunki
	Przeznaczona do wytwarzania czystej pary nasyconej dla zasilania dwóch sterylizatorów	Tak	
	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak	
	W pełni kompatybilna z zamawianymi przez Zamawiającego sterylizatorami	Tak	
	Ekonomiczne kaskadowe grzanie kotła wytwornicy	Tak	
	Zabezpieczenie termiczne	Tak	
	Dodatkowa kontrola ciśnienia, oprócz roboczego przed wzrostem (awaryjnym) ciśnienia w kotłach	Tak	
	Wydajność minimum 108 kg pary czystej na godzinę	Tak	
	Ciśnienie pary 0,29 MPa	Tak	
	Temperatura pary 142 ⁰ C	Tak	
	Wytwornica wykonana ze stali kwasoodpornej (armatura, pompa, kotły, grzałki, obudowa)	Tak	
	Zasilanie elektryczne: 3x230/400V, 50Hz, moc maksymalna 72,5 kW	Tak	
	Gwarancja 24 miesięcy	Tak	
	Fabrycznie nowa	Tak	
	Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa	Tak	

.....
(podpis wykonawcy)