



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [zamowienia@mssw.pl](mailto:zamowienia@mssw.pl)

Warszawa, dnia 12.11.2019r.

## W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę **na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego tj. dwóch sztuk sterylizatorów** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.11.2019r. pod numerem 619827-N-2019, oraz na własnej stronie internetowej i tablicy.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 12.11.2019r.

Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ).

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie mniejszej głębokości tj. 122,5 cm? Oferowane przez nas urządzenie posiada wymiary komory wymagane w Państwa parametrach tj. 6 STE i wymiary 662x662x950mm zatem spełnia wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści dostawę sprzętu ok. połowy stycznia 2020. Uzasadnienie: sterylizatory są produkowane na konkretne zamówienia klienta i nie jest to sprzęt dostępny od ręki?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marzena Dymkowska - Gacyk**