



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 www.mssw.pl zamowienia@mssw.pl

Warszawa, dnia 12.11.2019r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę **na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego tj. dwóch sztuk sterylizatorów** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.11.2019r. pod numerem 619827-N-2019, oraz na własnej stronie internetowej i tablicy.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 12.11.2019r.

Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej (bez ujawniania źródła zapytania).

Pytanie 1

Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Tego typu urządzenia są produkowane na zamówienie i nie znajdują się zazwyczaj na stanach magazynowych producentów.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 2 części zamówienia, tzn. 1 część: sterylizator parowy x 2 szt. oraz 2 część: wytwornica pary? Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z dostawy osobnej wytwornicy pary na rzecz zintegrowanych wytwornic pary (wbudowanych w obrys sterylizatorów)? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie przestrzeni (oddzielna wytwornica pary jest urządzeniem o znacznych gabarytach) oraz eliminację strat energetycznych związanych z przesyłem medium sterylizującego, jak również ograniczy nakłady finansowe związane z zakupem dodatkowego oddzielnego urządzenia oraz jego późniejszego serwisowania i eksploatacji (urządzenie tego typu musi być uruchomione przez cały czas, aby w każdym momencie było gotowe do podawania medium sterylizacyjnego, co wiąże się ze znacznymi nakładami energetycznymi).

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Prosimy o zmianę punktacji ocenianego parametru którym jest sposób polerowania komory i przyznanie 10 pkt lepszemu rozwiązaniu – bardziej dokładnemu i powtarzalnemu polerowaniu mechanicznemu. W innym przypadku prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ



Certyfikat ISO – 9001:2000



MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o pojemności 8 STE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o głębokości komory 1000 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o głębokości komory 1295 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o wysokości komory 710 mm.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Prosimy o zmianę punktacji ocenianego parametru jakim jest przewężenie światła komory, które jest rozwiązaniem gorszym niż komora bez przewężenia – ogranicza możliwości załadunkowe urządzenia. Prosimy o przyznanie 20 pkt komorze bez przewężenia.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w uszczelkę drzwi dociskaną parą wodną. W przypadku ewentualnych mikronieszczelności i wycieku sprężonego powietrza spod uszczelki do komory parametry sterylizacji ulegają gwałtownej zmianie i zazwyczaj następuje zatrzymanie cyklu z sygnalizacją błędu; w przypadku uszczelki dociskanej parą wodną dostanie się pary wodnej do komory w trakcie procesu nie powoduje zatrzymania pracy. Czy Zamawiający wymagając uszczelki drzwi dociskanej sprężonym powietrzem wymaga również zaoferowania detektora powietrza w komorze?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń wyposażonych w drukarki termiczne gwarantujące trwały wydruk.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o mocy maksymalnej 35 kW.

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o mocy maksymalnej 40 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Prosimy o informację, czy w punkcie dotyczącym wymiarów urządzeń Zamawiający nie popełnił błędu wymagając urządzeń o głębokości 1530 cm? Czy Zamawiający miał na myśli głębokość 153 cm?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 153 cm

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o szerokości 1424 mm.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o głębokości 1631 mm.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o głębokości 1308 mm.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń o wysokości 2044 mm.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marzena Dymkowska - Gacyk