

**PAKIET I - rękawice diagnostyczne**

Wymagania ogólne :

- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III
- posiadać europejskie oznaczenie CE
- zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-3; EN 388
- zgodne z normą ASTM 1671 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

W zakresie normy 374 zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikanie 70%Etanolu i 70% alkoholu izopropylowego przez czas min 10 min.

wymagania techniczne:

Siła zrywania przed starzeniem minimalnie 6N  
długość min 240mm  
jednorazowe  
kształt uniwersalny

Załącznik do SIWZ nr D-38/N/18

**PAKIET I  
Zadanie 1**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                   | wymagany rozmiar | j.m.       | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Kwota Vat w zł | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----|--|------------------|------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1   | rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane | rozmiar S,M,L    | op=100szt. | 5000  |                    |               |                |                |  |

.....  
podpis Wykonawcy

## Zadanie 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                    | wymagany rozmiar | j.m.       | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Kwota Vat w zł | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----|---|------------------|------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1   | rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe | rozm. S,M,L      | op=100szt. | 5000  |                    |               |                |                |  |

.....  
podpis Wykonawcy

**PAKIET I****Zadanie 3**

Załącznik do SIWZ nr D-38/N/18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                             | wymagany rozmiar | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Kwota Vat w zł | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----|--|------------------|------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1   | rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe sterylne, | rozmiar S,M,L    | para | 400   |                    |               |                |                |  |

.....  
podpis Wykonawcy

Załącznik do SIWZ nr D-38/N/18

**PAKIET I****Zadanie 4**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | wymagany rozmiar | j.m.       | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Kwota Vat w zł | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----|---|------------------|------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1   | diagnostyczne,rękawice bezudrowe z syntetycznego polimeru na bazie polichlorku winylu i nitrili | rozmiar S,M,L    | op=100szt. | 3000  |                    |               |                |                |  |

.....  
podpis Wykonawcy**PAKIET I****Zadanie 5**

Załącznik do SIWZ nr D-38/N/18

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia          | Opis przedmiotu zamówienia | j.m.       | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Kwota Vat w zł | Wartość brutto | Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy) |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1   | dianostyczne, nitrylowe, bezpudrowe | rozmiar S,M,L              | op=100szt. | 30000 |                    |               |                |                |  |

.....  
podpis Wykonawcy