

**PAKIET III - rękawice do mycia sprzętu po zabiegu**

Wymagania ogólne :

- produkt zarejestrowany jako materiał medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III
- posiadać europejskie oznaczenie CE
- zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-3; EN 388
- zgodne z normą ASTM 1671 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)

W zakresie normy 374 zamawiający wymaga rękawic odpornych na przenikanie 70% Etanolu i 70% alkoholu izopropylowego przez czas min 30 min.

Załącznik do SIWZ nr D-38/N/18

**Zadanie 1**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	wymagany rozmiar	j.m.	Ilość	Cena netto za j.m.	Wartość netto	Kwota Vat w zł	Wartość brutto	Producent +Nazwa handlowa + REF (jeśli nie posiada kod katalogowy)
1	dianostyczne, nitrylowe, bezpudrowe	rozm. S,M,L	op = 100szt.	600					

Sila zrywania przed starzeniem minimalnie 6N  
długość min 280mm  
jednorazowe

.....  
podpis Wykonawcy