

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92
e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 14.05.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu do zabiegów w zakresie chirurgii naczyniowej w podziale na 5 zadań na okres 24 miesięcy – powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy: D-18/N/20) na portalu UZP nr 538225-N-2020 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach od 12.05.2020 r. do 13.05.2020 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 5 introduktora naczyniowego o następujących parametrach:

- Zawiera: introduktor, dylator i przewodnik 0,035" (4F – 8F)
- Długość 11 cm
- Średnica 4F – 8F
- Długość przewodnika 50 cm
- Przewodnik ze stali nierdzewnej
- Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem
- Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną
- Ramię boczne zakończone kranikiem
- Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego
- Dylator z zatraskiem
- Rozmiary kodowane kolorami
- Duże światło wewnętrzne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta wzmocniona 220 x 320 cm z dwoma otworami przylepnymi o śr. 10 cm, folia przezroczysta po obu stronach serwety zabezpieczające pulpit sterowniczy
- pokrowiec ochronny na detektor ramienia „C”
- fartuch jednorazowy wzmocniany na rękawach i brzuchu – XL
- fartuch jednorazowy – L
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu
- miska 250 ml z podziałką
- miska 250 ml lub miska z przewodnikami 2500 ml
- kompresy 8 – warstwowe 10 x 10 cm 40 sztuk
- kleszczyki plastikowe proste, dł. 230 mm)
- serwetka chłonna 30 x 30 cm – 3 szt.
- skalpel chirurgiczny nr 10 (zgodny z dyrektywą unijną 2010/ 32 / EU)
- strzykawka Luertrzyczęściowa 10 ml – 3 szt.
- strzykawka Luertrzyczęściowa 20 ml – 2 szt.
- igła w osłonce 1,2 x 40 – 1 szt.
- igła w osłonce 0.7 x 40 – 1 szt.
- kolec przelewowy do płynów infuzyjnych z opakowań o dużych pojemnościach

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), bez impregnacji protezy dwoma związkami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, o grubości ściany 0,55 mm, o długości 30cm lub 60 cm dla średnic 7mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, oraz długości 50 cm dla średnic 18mm, 20mm, 22mm, 24mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), bez impregnacji protezy dwoma związkami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, o grubości ściany 0,55 mm, o średnicach 12x6, 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 22x11, 24x12mm i długości 45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 3 w miejsce pierwotnych parametrów łat uszczelnianych żelatyną, prawdziwie ultracienką o grubości ściany 0,36mm, w rozmiarze 10x150mm i 15x75mm,

bez impregnacji solami srebra ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia łąty z antybiotykiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 4 w miejsce pierwotnych parametrów łąt uszczelnianych żelatyną, prawdziwie ultracienką o grubości ściany 0,36mm, w rozmiarze 6x75mm, 8x75mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Projektu Umowy - § 4

Prosimy o dopisanie w §4 „Za brak lub uszkodzenie materiału uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy Projektu Umowy - § 4

Prosimy o dopisanie w §4 „Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy formy złożenia oferty

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz zalecenie GIS do przejścia przez pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty?

Ustawa Pzp wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań powyżej progów unijnych. Nigdzie natomiast nie ma wskazania do zaniechania tej procedury w przypadku postępowań, które tych progów nie przekraczają.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach oraz zezwoli na wyodrębnienie pozycji 1, 2, 3 z Zadania nr 2?

Parametry proponowanego produktu:

Pozycja 1:

Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, cienkościenna, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetyleny (PTFE).

Dostępne rozmiary:

średnica 4mm, długość: 10cm; średnice 5mm – długości: 70cm; średnice 6mm - długości 30; 50, 60, 70, 80cm; średnice: 7mm – długości: 70, 80cm; średnice: 8 mm – długości: 30, 50, 70, 80cm.

Pozycja 2:

Proteza naczyniowa prosta, niezbrojona, cienkościenna, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetyleny (PTFE).

Dostępne rozmiary:

średnice: 4mm – długość 10cm; średnice: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm - długości: 10;50;70;80cm, średnice: 6mm, 8mm – długości: 40cm

Pozycja 3:

Proteza naczyniowa prosta, zbrojona, standardowa, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetyleny (PTFE).

Dostępne rozmiary:

6mm, 7mm, 8mm - długość: 40;50;60;70;80cm, średnice 7mm – długości: 70; 80cm; średnice; 10mm – długość 80cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący komisji przetargowej

Witold Pikto-Pietkiewicz