

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92
e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 24.07.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę koncentratów do hemodializ oraz specjalistycznego środka do dezynfekcji aparatu do hemodializ** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-35/N/20 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP z dnia 20.07.2020 r. nr 564337-N-2020)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane w dniu 23.07.2020 r.

Treści pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Dot. Zadania 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści (produkt Dialox active) wysoce wydajny preparat dezynfekcyjny oraz odkamieniający na bazie kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu (Skład: 100g dialox™ active zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenu wodoru)przeznaczony do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody, o szerokim spektrum bójczym, zapobiega tworzeniu biofilmu. Skuteczny wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Adeno, Polio) w stężeniu do 3% w czasie do 10 min. z możliwością rozszerzenia o F (C. albicans, A. niger) w stężeniu 4%, w czasie 5 min. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Jolanta Leśniewska