

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 - 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX 613-19-92

SZPM – ZP/411/ 236 /20

Warszawa, dnia 06.08.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
wg rozdzielnika**

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 564337-N-2020 z dnia 20.07.2020 r. na dostawy koncentratów do hemodializ oraz specjalistycznego środka do dezynfekcji aparatu do hemodializ (sprawa nr D-35/N/20).

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wykonawcom następujące informacje o wynikach przedmiotowego postępowania:

Zadanie 1

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Konsorcjum:

B. BRAUN AVITUM POLAND Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

oraz

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

uzyskana punktacja:

<i>Cena 100%</i>
100 pkt

Oferta konsorcjum: B. BRAUN oraz AESCULAP CHIFA uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostała oferta uzyskała następującą punktację:

<i>Wykonawca:</i>	<i>Cena 100%</i>
NIPRO MEDICAL POLAND Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 48 02-146 Warszawa	95,48 pkt

Zadanie nr 2

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

uzyskana punktacja:

<i>Cena 100%</i>
100 pkt

Wykonawca FRESENIUS MEDICAL CARE jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 3

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

uzyskana punktacja:

<i>Cena 100%</i>
100 pkt

Wykonawca FRESENIUS MEDICAL CARE jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Do postępowania w zakresie Zadania 3 przystąpił również Wykonawca **HENRY KRUSE Sp. z o.o.** z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, którego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Powód faktyczny odrzucenia:

Wykonawca zaoferował środek do termochemicznej dezynfekcji niezgodny z opisem SIWZ, ponieważ nie zawiera w swoim składzie kwasu cytrynowego = 21g oraz nie posiada gęstości = 1,097g/cm³.

W związku z powyższym oferta HENRY KRUSE została odrzucona jak na wstępie.

W związku z wyborem najkorzystniejszych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców do zawarcia umowy w dniu 12.08.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Jolanta Leśniewska