



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [zamowienia@mssw.pl](mailto:zamowienia@mssw.pl)

*Warszawa, dnia 09.11.2020 r.*

## WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „zakup i dostawę aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w podziale na siedem zadań postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604288-N-2020 z dnia 2020-10-30, oraz na własnej stronie internetowej i tablicy.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 03.11.2020r., które zostało pominięte.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem wyboru energii w trybie ręcznym: 1-300J, natomiast w trybie AED 150 – 300J?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 200J oraz maksymalnej w mniej niż 10 sekund?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wagą wraz z akumulatorem mniej niż 6,8 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora wysokiej klasy firmy PHILIPS o zakresie energii defibrylacji w trybie manualnym: 1-200J? Zgodnie z aktualnymi wytycznymi AHA, ERC i PRC stosowanie energii większych od 200J nie ma uzasadnienia w przypadku defibrylacji dwufazowej. Różni producenci oferują różne zakresy energii w zależności od skuteczności zastosowanej technologii np. 1-200J (Philips, Zoll, Schiller), 1-270J (Nihon Kohden), 1-300J (Emtel), 2-360J (Medtronic). Wszystkie one są dopuszczone do użytku i zgodne z wytycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora wysokiej klasy firmy PHILIPS o zakresie energii defibrylacji w trybie AED: 50-200J? Zgodnie z aktualnymi wytycznymi AHA, ERC i PRC stosowanie energii większych od 200J nie ma uzasadnienia w przypadku defibrylacji dwufazowej. Różni producenci oferują różne wartości maksymalne energii w zależności od skuteczności zastosowanej technologii np. 200J (Philips, Zoll, Schiller), 270J (Nihon Kohden), 300J (Emtel), 360J (Medtronic). Wszystkie one są dopuszczone do użytku i zgodne z wytycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora wysokiej klasy firmy PHILIPS posiadającego dostęp 21 poziomów energii? Taka ilość umożliwia precyzyjny dobór energii przy defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej, manualnej i automatycznej oraz kardiowersji u dorosłych i dzieci.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie z akumulatorem równej 6,1 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**


**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o 5 poziomach wzmocnienia w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV ustawianych ręcznie oraz automatycznie (do wyboru przez Użytkownika)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy pkt X ppkt 8 Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną jak również zaleceniami UZP aby składanie ofert w okresie pandemii, odbywało się za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej na platformie zakupowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. LECZNICTWA  
dr n. med. Witold Pikto-Pietkiewicz