

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 1

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do ratunkowej konikopunkcji. Zintegrowany dren z mandrynem o średnicy 4 mm, wyposażony w ogranicznik głębokości wkłucia. W zestawie także strzykawka i opaska do mocowania mandrynu po wykonaniu nakłucia. Końcówka o średnicy 15 mm umożliwiającą wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, Całość spakowana na tacce.	szt.	5							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Układ oddechowy jednorazowego użytku, do terapii tlenowej HFNC o długości 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 10 – 60 L/min. Zakończenie układu oddechowego - dzięki pierścieniom w jego wewnętrznej części – powinno zapewniać pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych z serii OPT, interfejsu do tracheostomii , charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet zawierający adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływalki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą muszą tworzyć komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni. Pakowane po 10 szt.</p>	szt	200							

2.	<p>Kaniuła nosowa do HFNC przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi o przepływach gazów w zakresie 10-60 L/min.</p> <p>Kaniuła wyposażona jest w dwie regulowane tasiemki – zakładane na szyję i głowę pacjenta - umożliwiające właściwe zamocowanie kaniuli. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Przyłącze kaniuli wyposażone w wewnętrznej części w pierścienie - zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie z układem oddechowym, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu.</p> <p>Kaniuła posiada dwie miękkie, elastyczne wypustki. Kształt wypustek jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L.</p> <p>Rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min)</p> <p>Rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min)</p> <p>Rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min)</p> <p>Zakres temperatur: 31,34,37 stop. C</p> <p>Produkt zalecany do użytku przez 14 dni.</p>	szt	200							
----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

3.	Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z podgrzewanym układem oddechowym do HFNC . Przyłącze interfejsu wyposażone w pierścienie zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie z układem oddechowym, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Przepływ gazów 10-60 L/min. Zakres temperatur: 31, 34,37 stop. C Produkt zalecany do użytku przez 14 dni. Pakowany po 20 szt.	szt	40						
4.	Filtr powietrza, wymieniany co 3 miesiące, 2 sztuki w opakowaniu.	szt	16						
Wartość ogółem:									

Zamawiający na czas trwania umowy wymaga dostarczenia do przedmiotu zamówienia nieodpłatnie 2 szt. urządzeń na stojaku z koszykiem.



.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw do podtwardówkowego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego po wykonanej kraniotomii. W skład zestawu wchodzi: dren do pomiaru ciśnienia zakończony przetwornikiem, trokar stalowy do tunelizacji skóry głowy i śrubokręt do dostrojenia zera układu. Pakowany pojedynczo, sterylne. Do użytku z monitorem ICP model Camino SPM-1 Firmy Integra NeuroSciences.	szt.	1							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 4

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bateria minimum 250 min. pracy pasująca do rękojeści wideolaryngoskopu typu McGrath MAC	szt	12							
2.	Jednorazowe sterylne łyżki do trudnej intubacji do rękojeści wideolaryngoskopu typu McGrath MAC. Wykonane z tworzywa sztucznego pokryte substancją przeciwdziałającą zaparowywaniu w miejscu źródła światła i okienku kamery. Wyposażone w system mocowania. Roz. 2, 3 , 4 do wyboru przez zamawiającego.	szt	500							
Wartość ogółem:										

Przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 5

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. pakowany na jednej sztywnej tacy. Rozmiar 8.0mm. Produkt sterylny.	szt	5							
2.	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.pakowany na jednej sztywnej tacy. Produkt sterylny. Rozmiary: 7,0 mm: 8,0 mmm;9,0mm	szt	50							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 6

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Układ oddechowy do respiratora; wykonany z PCV gładki w środku co umożliwia ocenę stanu rur. Długość min. 180 cm, odłączalny trójnik "Y" wyposażony w porty. Sterylny	szt	500							
2.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych (22 mm), rozciągliwy wykonany z polipropylenu. Ramiona rozciągliwe co najmniej w zakresie 60 - 180 cm + dodatkowa trzecia rura rozciągliwa w zakresie co najmniej 45/120 cm z workiem bezłateksowym (2-3l), trójnik "Y" oraz kolanko 90 stopni wyposażone w port do pomiaru gazów. Produkt czysty mikrobiologicznie.	szt	1800							
3.	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń pediatryczny wykonany z PCV gładki w środku co umożliwia ocenę stanu rur (15 mm), ramiona 2 x 120 cm + dodatkowa trzecia rura długości 120 cm z workiem bezłateksowym pojemności 1l, trójnik "Y" oraz kolanko 90 stopni. Produkt sterylne.	szt.	8							
4.	Układ pacjenta do respiratora HT50/70. - jednorazowy o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 22 mm -z przyłączem pacjenta w postaci "Y" i zastawką wydechową na oddzielnym ramieniu wydechowym. Zamawiający nie dopuści układów jednorurowych z zastawką dwudrożną umieszczoną w linii z przyłączem pacjenta. - w komplecie dren sterujący do zastawki wydechowej, dren pomiarowy ciśnienia, łącznik kątowy do przyłącza "Y", korek do testów układu z respiratorem.	szt.	400							

5.	Korki/zatyczki do układów oddechowych respiratora lub aparatu do znieczulenia 22 mm. Produkt sterylny.	szt.	2000							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 7

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych (dług. 54-60 cm) o potwierdzonym czasie stosowania min 24h – max 48h. Zawór ssący z blokadą przypadkowego użycia, gładko wykończone krawędzie cewnika. Wyposażony w zastawkę w pełni izolującą cewnik od układu oddechowego pacjenta +port do płukania cewnika + port MDI do podawania leków w sprayu, sterylne. Rozmiary: CH 12,14,16 (do rurek int.)	szt	800							
2.	Jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych o potwierdzonym czasie stosowania min 24h – max 48h. Zawór ssący z blokadą przypadkowego użycia, gładko wykończone krawędzie cewnika. Wyposażony w zastawkę w pełni izolującą cewnik od układu oddechowego pacjenta +port do płukania cewnika + port MDI do podawania leków w sprayu. Sterylne Rozmiary: 12,14,16 (do trach.)	szt	600							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 8

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Linia próbkująca do analizatora gazów do monitora Datex-Ohmeda, długość 3 metry, obustronnie zakończona końcówką luer "męską" z gwintem. REF 73319 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	1600							
2.	Kompletna pułapka wodna do analizatora gazów Datex-Ohmeda, REF 876446 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	20							
3.	Filtr do pojemnika na wapno sodowane do pochłaniacza CO2, do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat. 1407-3201-000 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	150							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 9

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Czujnik tlenowy do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat. 6050-0004-110 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	20							
2.	Czujnik przepływu do aparatu do znieczulenia AESPIRE Datex-Ohmeda. Nr kat.1503-3856-000 lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	20							
3.	Elektrody jednorazowe do użytku z modulem E-Entropy (monitor Datex S/5). Np.. EasyFit Sensor, nr REF M1174413, lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	10							
4.	Elektrody jednorazowe do badań NMT, AG/AGC1, nr REF 57268-HEL, lub równoważny, akceptowany przez producenta zamiennik.	szt	10							
Wartość ogółem:										

Uwaga: W tym zadaniu Zamawiający wymaga dostarczenia próbek jedynie w przypadku zaoferowania zamienników!

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 10

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Maska krtaniowa z nienadmuchiwalnym mankietem żelowym, z kanałem do odsysania w rozmiarze 12-14 F . Produkt sterylny. Rozmiar:									
	3	szt	46							
	4	szt	360							
	5	szt	220							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 11

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Płaski filtr do cewników do znieczuleń zewnątrzoponowych 0,2um na 96 h, sterylne	szt	30							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 12

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kompletny zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający: igłę Tuohy G18 długości 80 mm, cewnik ZO z poliamidu G20 z zamkniętym końcem, trzema otworami bocznymi, miękką końcówką; strzykawkę niskooporowa 10 ml; filtr 0,2 mikrona; dwie strzykawki objętości 2 i 20 ml z przyłączem luer-lock, zatrzaskowy system mocowania cewnika do filtra; trzy igły (G25, G21, G18), system mocowania filtra do skóry pacjenta. Produkt sterylny	szt	260							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 13

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kompletny zestaw z przetwornikiem do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi, z możliwością współpracy z monitorami Philips IntelliVue i Datex S/5	szt	2000							
2.	Przewód łączący w/w przetwornik z monitorem Philips IntelliVue	szt	10							
3.	Przewód łączący w/w przetwornik z monitorem Datex S/5	szt	9							
4.	System mocowania w/w przetworników do stojaka na żądanej wysokości (płytki z gniazdami mocującymi 2-4 + imadło)	szt	10							
5.	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego i OCŻ, podwójny, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 2 x 150 cm (2 x 125 cm + 2 x 25 cm); 2 x przetworniki wyposażone w podwójne systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z monitorami 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.	szt.	150							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 14

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Moduł przewodowy pośredni - Dual Hemo do podłączenia przetwornika IBP z monitorem Infinity M540 przy aparacie do znieczuleń Primus. - Lub równoważny	szt.	3							
2.	Adapter łączący moduł przewodowy Dual Hemo z przetwornikiem IBP typu Argon. - Lub równoważny	szt.	5							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 15

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm z 3 zaciskami, objętość wypełnienia 2,25 ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącnik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przezroczystym plastikowym konektorze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, produkt sterylne, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	szt	150							
2.	Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej, z końcówką Luer, konstrukcja przezroczysta, brak mechanizmów wewnętrznych. Bez latexu i ftalanów.	szt	3000							
3.	Rozgałęziacze infuzyjne pięciokanałowe, końcówki Luer, zawory odcinające na każdym dostępie zróżnicowane kolorystycznie, dostępy zabezpieczone koreczkami. Jednorazowe, sterylne.	szt	450							

4.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym i optycznym indykatores położenia otwarty/zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętką luer lock. Wytrzymałość kranika 4,5 bara, objętość wypełnienia 0,2-0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, Sterylne (sterylizowany promieniami beta). Opakowanie typu Tyvek.	szt.	5000							
5.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, wytrzymałość kranika 4,5 bara, całkowita objętość wypełnienia 0,5-0,80 ml, trójdrożny z przedłużaczem 7 cm, z PCV bez DEHP, pojemność drenu ok. 0.5 ml, z wyczuwalnym i optycznym indykatores położenia otwarty/zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max. 0,8 ml, jałowy, jednorazowego użytku, z dodatkowym dostępem do iniekcji z koreczkiem. Sterylne. Opakowanie typu Tyvek.	szt.	14000							
6.	Kranik odcinający do terapii dożylnych, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 25 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara, z wyczuwalnym i optycznym indykatores położenia otwarty/zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max. 1,5 ml jałowy, jednorazowego użytku, z dodatkowym portem iniekcyjnym. Sterylne. Opakowanie typu Tyvek.	szt.	2000							

7.	Kranik odcinający do terapii dożylniej, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, trójdrożny z przedłużaczem 50 cm, z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara , z wyczuwalnym co 45stopni i optycznym indykatozem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia max 2,8 ml, , jałowy, jednorazowego użytku. Sterylny . Opakowanie typu Tyvek.	szt.	700						
8.	Kranik odcinający do terapii dożylniej, trójdrożny z przedłużaczem 100 cm,z PCV bez DEHP, wytrzymałość kranika 4,5 bara wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatozem położenia otwarty/ zamknięty , 3 ramiona jednakowej długości, objętość wypełnienia 5,5 ml, jałowy,z dodatkowym portem iniekcyjnym . Sterylny. Opakowanie typu Tyvek.	szt.	1000						
Wartość ogółem:									

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 16

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dreny infuzyjne ogrzewające (standard) do aparatu Hotline.	szt	100							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1. rurka trójdzielnikowa z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankieta na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podany na kołnierzu, sterylna, rozmiar 6-10. Możliwość zakresu regulacji dla rozmiarów: nr6(70-90 mm), nr7(80-100 mm), nr8(90-110 mm), nr9(100-120 mm), nr10(110-130 mm).	szt	30							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 18

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kaniuła tętnicza do wprowadzania metodą Seldingera. W zestawie: kaniuła tętnicza Ø 0,9 mm i dług. 80 mm ze skrzydełkami i możliwością przyszycia do skóry; igła wprowadzającą 20G (Ø 0,9 mm i dług. 38 mm); prosty metalowy przewód Ø 0,53 mm i dług. 200 mm. Zestaw sterylny.	szt	30							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 19

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednopacjentowy filtr wydechowy do respiratorów Bennett serii 800, stale połączony z pułapką wodną do respiratora bennett serii 800	szt	180							
2.	Jednopacjentowy filtr wydechowy do respiratorów Bennett serii 900, stale połączony z pułapką wodną do respiratora bennett serii 900	szt	180							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 20

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze :									
	22G, długość 88-90 mm, sterylne	szt	80							
	25G	szt	45							
	27G	szt	2600							
2.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quicke, długość 88-90 mm, sterylne:									
	22G	szt	8							
	25G	szt	8							
	26G	szt	80							
	27G	szt	500							
3.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke długie (115-120 mm), sterylne:									
	25G	szt	65							
	26G	szt	65							
	27G	szt	150							
4.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point długie (115-120 mm) z prowadnicą 22G, 25G, 27G, sterylne	szt	8							

5.	Zestaw do mieszanego znieczulenia CSE zawierający igłę Touhy 18 G z dodatkowym otworem na końcu dla wprowadzenia igły PP z możliwością zablokowania jej na każdym poziomie. Igła podpajęczynówkowa Pencil Point, cewnik z poliamidu, strzykawka niskooporowa, filtr zewnętrznozonowy 0,2 mikrona, system mocowania filtra	szt	8							
6.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atramautycznym szlifem typu Atraucan z prowadnicą 26G dł. ok. 88 mm	szt	1200							
7.	Prowadnice do igieł podpajęczynówkowych rozmiar 22G	szt	2							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 21

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Układ oddechowy do respiratora Oxylog 2000, bez lateksu, jednorazowego użytku, długości 1,5 -1,8 m, nr REF 2M86841, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta respiratora zamiennik.	szt	10							
2.	Silikonowe maski anestetyczne z możliwością wielokrotnej dekontaminacji, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt. Maski wyposażone w ukształtowany kołnierz, umożliwiający szczelne dopasowanie do twarzy. Wykonane z silikonu, z możliwością sterylizacji w temp. 134st.C. Anatomiczne ukształtowanie w kształcie kropli – rozmiary 3,4,5	szt	160							
3.	Czujnik przepływu Infinity ID, ABS, przystosowany do dezynfekcji, do aparatu do znieczulenia Draeger Primus, nr REF 6871980, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	40							
4.	Linia próbkowania do analizatora gazów Scio, nr REF 8290286, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	380							

5.	Pułapka wodna WaterLock 2, nr REF 6872130, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt.	200							
6.	Filtr bakteryjny, jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, nr REF MK00514, lub kompatybilny, akceptowany przez producenta aparatu zamiennik.	szt	20							
7.	Wkład jednorazowy z drenem na wydzieliny zbierane do pojemników ssaków Drager, pojemność wkładu 700 ml, długość drenu 2 m, wykonane z polietylenu, wyposażony w specjalne zabezpieczenie w postaci hybrydowego filtra antyprzelewowego zapobiegającego wypłynięciu wydzieliny.	szt	140							
Wartość ogółem:										

Uwaga: w tym zadaniu Zamawiający wymaga dostarczenia próbek jedynie w przypadku zamienników!

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 22

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sterylna, bezłateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml, pakowana pojedynczo.	szt	400							
2.	Sterylna, bezłateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 15 cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml, pakowana pojedynczo.	szt	120							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 23

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych pasujące do stymulatora Stimuplex firmy Braun	szt.	350							
2.	Igła do blokad nerwów obwodowych, widoczna pod USG - igła zaizolowana na całej swojej długości - Szlif igły 15 stopni - Zintegrowany na stałe z uchwytem kabelek elektryczny do stymulatora, - Zintegrowany na stałe z uchwytem drenik infuzyjny do podaży leku - Rozmiar: 23G x 70mm	szt.	280							
3.	Echogeniczna igła do blokad nerwów obwodowych, dobrze widoczna pod USG - Igła zaizolowana na całej swojej długości poza szlifem - Szlif igły 30 stopni - Czytelne znaczniki głębokości na igle co 1cm - Wygodny uchwyt ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu - Zintegrowany na stałe z uchwytem drenik infuzyjny do podaży leku - Powierzchnia echogeniczna (umożliwiająca lepszą widoczność igły) na 3 odcinkach począwszy od szlifu igły - Rozmiar: 22G x 80mm, 20Gx100mm, do wyboru przez zamawiającego	szt.	90							

4.	<p>Echogeniczna igła do blokady nerwów szlutowych, dobrze widoczna pod USG z możliwością połączenia do neurostymulatora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igła zaizolowana na całej swojej długości poza szlifem - Szlif igły 30 stopni - Czytelne znaczniki głębokości na igle co 1 cm - Wygodny uchwyt ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu - Zintegrowany na stałe z uchwytem drenik infuzyjny do podaży leku - Zintegrowany na stałe z uchwytem kabelek elektryczny do stymulatora, wychodzący z tyłu uchwytu - Powierzchnia echogeniczna (umożliwiająca lepszą widoczność igły) na 3 odcinkach począwszy od szlifu igły - Rozmiar: 22G x 80mm, 20G x 100mm, 20G x 150, do wyboru przez zamawiającego 	szt.	90							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 24

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych (hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex i Prismax) o powierzchni 1,0m	szt	28							
2.	Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych (hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex i Prismax) o powierzchni 1,5 m	szt	46							
3.	Worek 9 litrowy na ultra filtrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT do aparatu Prismaflex i Prismax	szt	80							
4.	Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex i Prismax	szt	90							
5.	Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych	szt	10							
6.	Jednorazowy podgrzewacz krwi kompatybilny z aparatem Prismax	szt	80							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 25

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowy zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego, opakowanie tacka typu blister. Skład zestawu: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej R3 wielkości śliwki 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x serweta włókniowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny 1 x strzykawka Luer 5 ml (zapakowana) 1 x strzykawka Luer 2 ml (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) - tępa, do nabierania leku 1 x igła 0,5 mm x 25 mm, pomarańczowa (zapakowana) Zestaw sterylony	szt	4600							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 26

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zatraskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta typu LOCKIT PLUSTM składa się z płaskiego zatraskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, dzięki zastosowaniu przezroczystego materiału umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia, w świetle badań klinicznych i wieloletniej praktyki gwarantuje pewne, znacznie skuteczniejsze niż inne metody, zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem się cewnika, a konstrukcja w formie zatrasku pozwala na szybkie i łatwe zamocowanie. Sterylnie pakowany, jednorazowego użytku. Niskoprofilowy wysokość do 5 mm	szt	280							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowy laryngoskop, kompaktowy i lekki, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, z silnym skupionym i LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny; rozmiar kodowany kolorem; na łyżce oznaczenie rozmiaru, nr kat, kod kolorystyczny wzdłuż korpusu łyżki. Na każdym opakowaniu indywidualnym znajduje się etykieta z m.in.datą ważności, rozmiarem, nr ref, lot, rozmiary Mac 2-4 do decyzji zamawiającego; Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szybkie użycie. Produkt niesterylny, czysty biologicznie.	szt	2200							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 28

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Automatyczna igła doszpikowa dla dorosłych, gotowa do natychmistowego użycia, z regulacją głębokości wkłucia, sterylna, jednorazowego użytku, bez lateksu	szt	36							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 29

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłębiową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby	szt	80							
2.	Zintegrowany zestaw do godzinowej zbiórki moczu z możliwością pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Dren pomiarowy wyskalowany w mm słupa Hg, zastawka antyzwrotna, zapobiegająca cofaniu się moczu do linii pomiarowej, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system zabezpieczający drożność przewodu doprowadzającego moczu do worka, z drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, zestaw sterylny, czas użycia do 7 dni	szt	40							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 30

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednokrotnego użytku wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 350cm ze złączem luer-lock, do przepływowego ogrzewacza płynów infuzyjnych i krwi - Biegler BW 685	szt	180							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 31

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik "Y" do układu ssącego wygięty pod kątem prostym • 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator • 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator <p>Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwiają powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.</p>	op= 25 zest	14							

2.	<p>składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator • 4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . <p>Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIA.</p>	op= 20 zest	4							
----	---	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

3.	<p>fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.</p> <p>Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.</p> <p>Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.</p> <p>Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa</p>	op= 100 zest	14							
4.	Jednorazowy, gąbkowy aplikator do jamy ustnej	szt	800							
5.	Jednorazowa szczoteczka do zębów, z możliwością ssania.	szt	800							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 32

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm	szt	200							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 33

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą z ładowarką ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała , zapewniająca minimum 180 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii. Spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC	szt.	2							
2.	Jednorazowe ostrza wymienne do w/w strzygarki o całkowitej szerokości 38mm, szerokość brzożu tnącego 30mm.umożliwiające wymianę bezdotykowo.	szt.	700							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 34

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kaniula dotętnicza 20G x 45mm z zaworem odcinającym kulowo-suwakowy FlowSwitch. Sterylna. Cewnik wykonany z PTFE	op= 25szt.	40							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 35

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zgłębnik do żywienia do jelita i dwunastnicy, posiadający spiralę Bengmark, przemieszczający się przez odźwiernik do jelita. Posiada przewód kontrastujący w promieniach Rtg oraz prowadnice pokryta silikonem. Rozmiar Ch10/ długość 145 cm.	szt	2							
2.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy, z poliuretanu, bez lateksu i DEHP. Z prowadnicą, łącznikiem ENFit, pakowany pojedynczo. Sterylny. Rozmiar Ch 12, długość 110-115 cm.	szt	200							
3.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG. Bez lateksu. Rozmiar CH 14 długość 110 cm.	szt	180							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 36

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestaw do drenażu klatki piersiowej kontenerowy z regulatorem siły ssania, pojemności co najmniej 2000ml, zawory bezpieczeństwa, dreny połączeniowe, pakowany sterylnie. Wysokość do 25cm, stabilna podstawa (możliwość wsunięcia pod łóżko)	szt	18							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 37

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zestawy uniwersalne do infuzji, pasujące do pomp Hospira PLUM A+	szt	540							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 38

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik centralny 2 – światłowy 7Fr (kanały 14,18 Ga) długość 16cm lub 20 cm w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , igła punkcyjna 186/6,35cm , prowadnica w J nitinol 0,81mm , rozszerzadło ,skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml. Produkt sterylne	szt	800							
2.	Cewnik 2 -światłowy do wstrzyknięć pod wysokim ciśnieniem z powłoką antybakteryjną Chlorheksydyna i Sulfadiazyna srebra 7Fr długość 16cm lub 20 do wyboru , prowadnica z nitinolu , igła echogeniczna 18 Ga/6,35 cm strzykawka z otworem w tłoku 5ml, skalpel , rozszerzadło , pojemnik na zużyte igły bezpieczny, sonda ciśnieniowa skrzydełka mocujące . Produkt sterylne	szt	45							
3.	Cewnik centralny 3 – światłowy 7Fr (kanały 16,18 ,18 Ga) długość 16cm lub 20 cm w skład zestawu wchodzi : cewnik poliuretanowy , igła punkcyjna 186/6,35cm , prowadnica w J nitinol 0,81mm , rozszerzadło ,skrzydełka mocujące, strzykawka 5ml. Produkt sterylne	szt	45							

4.	Kompletny zestaw do zakładania cewników centralnych : skład zestawu serweta 2 szt , prowadnica nitynolowa, igła punkcyjna Echogeniczna 18G/6,35cm , skalpel, rozszerzadło, cewnik dwuświatłowy 20 cm , maska z osłonką na oczy , czepek , fartuch , pojemnik na płyn , gąbeczki do przemywania skóry , pełne obłożenie pacjenta z otworem i przylepcem , zestaw na głowice do USG , gaziki , igła do iniekcji , strzykawki , kranik , zastawka bezigłowa , bezszwowe mocowanie cewnika statlock , nici z zakrzywiona igłą, niciotrzymacz, tegaderm ,pojemnik na zużyte igły	szt	8							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 39

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jednorazowe nożyczki chirurgiczne „tępo-tępe”, proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 14,5 cm.	szt	400							
2.	Jednorazowe kleszczyki anatomiczne typu Pean, proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 14 cm.	szt	8							
3.	Jednorazowe kleszczyki do zaciskania drenów proste, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 16 cm.	szt	8							
4.	Jednorazowe imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, ze stali, jałowe, pakowane pojedynczo. Rozmiar 16 cm.	szt	8							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 40

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Układ pacjenta 22mm HME, 3m do rezonansu magnetycznego do respiratora Maquet. Układ składa się z 2 x22mm rury dł. 3,0m, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem luer-lock do pobierania próbek	szt.	36							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT
Pakiet VI - ZADANIE 41

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	System mocujący do rurki tracheostomijnej, z miękkiego tworzywa, mocowanie do rurki tracheostomijnej "rzepem".	szt	1300							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 42

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (z linią przedłużającą, która „dystansuje/odsuwa układ zastawek od pacjenta). szt. 40 Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w trzech rozmiarach 9Ch i 12Ch i 15 Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań		26							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 43

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Opaska na nadgarstek lub kostkę do unieruchomienia pacjenta w łóżku poprzez zabezpieczenie kończyn. Z miękkiego materiału minimalizującego otarcia, zapinane na rzep, z możliwością dezynfekcji i sterylizacji parowej, Rozmiar uniwersalny.	op= 2 szt.	50							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 44

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie z wygiętą końcówką, wielorazowa, elastyczna w bezpiecznym futerale. Dł. 60-80cm, rozm 3,3 i 5,0.	szt.	80							
2.	Prowadnica do trudnej intubacji długości co najmniej 60 cm, z możliwością wentylacji/insuflacji tlenu , rozm: 3,3 i 5,0.	szt.	36							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 45

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcja z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części Na całej dolnej powierzchni otworki do rozprowadzania ciepła równomiernie na ciało pacjenta Wymiary: 213cm x 91cm część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry 6 oddzielonych perforacją części. Na wierzchniej części dwa plasterki do przyklejenia koca Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 	szt.	200							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 46

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr.(mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) bez zawartości potasu mmol/l i osmolarności 287 mOsm/l; opak. X 2 worki a' 5 l.. Skład: Ca 1,75 Mg 0.5 Na 140 Cl 109,5 Mleczany 3 HCO 32	szt.	600							
2.	Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr..(mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) o zawartości K+ 2 mmol i osmolarności 297 mOsm/l, opak. X 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki.	szt.	80							
3.	Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek ;worek dwukomorowy 5 litr.(mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) o zawartości K+ 4 mmol/l i osmolarności 301 mOsm/l ; opak. X 2 worki a' 5 l. Skład: Sód 140 mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l. Osmolarność 301 mOsm/l	szt.	280							
4.	Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr. (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) o zawartości cytrynianów 18 mmol/ Zarejestrowany jako produkt leczniczy.	szt.	800							

5.	Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów 18 mmol/l; worek dwukomorowy 5 litr. (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) Na 140mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Cl 122 mmol/l, HPO ₄ 1 mmol/l, HCO ₃ 22 mmol/l. Osmolarność 290 mOsm/l. Zarejestrowany jako produkt leczniczy.	szt.	650							
6.	Płyn substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex worek dwukomorowy 5 litr. (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l Zarejestrowany jako produkt leczniczy.	szt.	80							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 47

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zastawki biopsyjne, nr kat. MAJ-210 wg Olympus lub równoważne.	szt	40							
2.	Zastawki ssące, nr kat. MAJ-207 wg Olympus, lub równoważne.	szt	16							
3.	Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu (średnica 2,8 mm), długość narzędzia 95 cm, nr kat. BW-15B wg Olympus lub równoważna.	szt	2							
4.	Szczoteczka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopu, nr kat. MH-507 wg Olympus lub równoważna	szt	2							
Wartość ogółem:										

Warunek wymagany: wszystkie akcesoria pasujące do bronchofiberoskopu Olympus BF TE2

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 48

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cewnik jednorazowy trzykanałowy do hemodializ, z zestawem do implantacji do żył centralnych metodą Seldingera z oznacznikami długości, końcówką cewnika z nadrukiem objętości, kontrastujący w RTG, przewodnik ze znacznikami, jeden koniec J, drugi prosty, długość cewnika do wyboru: 150mm i 200mm nasadki uszczelniające, przedłużacze zakrzywione. Obrotowe skrzydełka do przyszywania, wzór przekroju światła optymalizujący przepływ krwi i szczeliny okluzyjne zmniejszające ryzyko okluzji ułożeniowej i tworzenie zakrzepów.	szt.	80							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy

OIT

Pakiet VI - ZADANIE 49

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (poz.4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz.6+8)	Producent	Nazwa handlowa
						%	Kwota VAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Filtr hydrofobowy do zastosowania z urządzeniem odsysającym wydzielinę z przestrzenie podgłówniowej. Skuteczność filtracji p.bakteryjnej i p.wirusowej 99,9999% Wyposażony w połączenia 15mm z rezerwuaem oraz 11mm z zakończeniem pompy.	szt.	100							
Wartość ogółem:										

.....
podpis Wykonawcy