

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

### ZADANIE I

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: .....

Nazwa producenta: .....

Kraj produkcji: .....

Rok produkcji: .....

L.p.	Wymagane warunki i parametry	Wymóg	Oferowane warunki i parametry
<b>I</b>	<b>Tonometr bezkontaktowy</b>		
1	Tonometr bezkontaktowy umożliwiający szybki i komfortowy dla pacjenta pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego	TAK	
2	Funkcja korekcji wartości zmierzonego ciśnienia ze względu na grubość rogówki pacjenta	TAK	
3	Funkcja potrójnego pomiaru za jednym Uruchomieniem przycisku	TAK	
4	Pomiar automatyczny	TAK	
5	Kolorowy ekran LCD z funkcją dotykową	TAK	
6	Wbudowana baza danych pacjentów (możliwość wprowadzania danych pacjenta do urządzenia)	TAK	
7	Port USB, złącze karty SD	TAK	
8	Zakres pomiarów: wymagany 0-60 mmHg	TAK	
9	Podbródek z elektryczną regulacją wysokości	TAK	
10	Dokładność pomiaru: 0.5 mmHg	TAK	
11	Stolik elektryczny na dwa urządzenia, z przyciskami regulacji wysokości umieszczonymi na blacie.	TAK	
<p>UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.</p> <p>Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.</p> <p>Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:.....</p> <p>Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.</p> <p>Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.</p>			

.....  
(podpis Wykonawcy)