

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZADANIE V

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

L.p.	Wymagane warunki i parametry	Wymóg	Oferowane warunki i parametry
I	Lampa szczelinowa		
1	Oświetlenie położone poniżej części optycznej (typ „Zeiss”)	TAK	
2	Trzy powiększenia optyczne (10x, 16x, 25x)	TAK	
3	Długość szczeliny: 1 – 14 mm (regulowana płynnie)	TAK	
4	Szerokość szczeliny: 0 – 14 mm (regulowana płynnie)	TAK	
5	Wysokość szczeliny regulowana skokowo: 14; 10; 5; 1; 0,3 mm	TAK	
6	Filtry: bezczerwienny, niebieski	TAK	
7	Rotacja szczeliny: 0° – 180° (regulowana płynnie)	TAK	
8	Oświetlenie typu LED	TAK	
9	Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym na obudowie oświetlacza	TAK	
<p>UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.</p> <p>Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.</p> <p>Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:.....</p> <p>Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.</p> <p>Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.</p>			

.....
(podpis Wykonawcy)