



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 615 77 28 www.mssw.pl szpital@mssw.pl

Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia **na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego w podziale na 6 Zadań** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-53/N/18 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP nr ogłoszenia 650655-N-2018 z dnia 20.11.2018 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach: 21-23.11.2018 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Dotyczy Zadania V

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o podanych parametrach:

- wysokości szczeliny regulowana skokowo 0,5/3,5/8/14 mm (1~14) płynna;
- oświetlenie halogenowe 6V 20W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr I, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści tonometr bez portu USB? Urządzeni posiada złącze karty SD.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający jest w stanie podpisać umowę przed terminem dostawy określonym w SIWZ na 6.12.2018 r., mając na uwadze ustawowe terminy obowiązujące w PZP?

Odpowiedź: Tak, przy zachowaniu terminów obowiązujących Pzp.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania V

Czy Zamawiający w punkcie 3. dopuści następujące wartości długości szczeliny: 0.2, 2, 3, 5, 9 i 14mm okrąg, 1mm kwadrat?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania V

Czy w pkt 5. Zamawiający dopuści następujące wartości wysokości szczeliny: 0.2,2,3,5,9,14mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Zadania V

Czy Zamawiający wymaga regulowanego stolika pod oferowaną lampę?



Certyfikat ISO – 9001:2000



MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 2. Zamawiający dopuści stół składany elektrohydraulicznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 3. Zamawiający dopuści podglówek sterowany elektrohydraulicznie z regulacją pochylenia w zakresie -45° do 25°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 4. Zamawiający dopuści manualną, teleskopową regulację wzdłużną podglówka w zakresie 188mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 5. Zamawiający dopuści elektrohydrauliczną regulację wysokości w zakresie 595-885mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 7. Zamawiający dopuści regulację góra/dół przez operatora za pomocą joysticka sterownika nożnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 9. Zamawiający dopuści powrót do pozycji wyjściowej za pomocą 2 przycisków?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 11. Zamawiający dopuści wybór pozycji Trendelenburga za pomocą 2 przycisków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Zadania III

Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści stół na podstawie jezdnej z blokowanymi manulanie dwiema osiami stołu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 14 Zamawiający dopuści segment nożny i siedziska nie węższy niż 450mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 14 Zamawiający dopuści segment oparcia pleców o szerokości 590mm który można poszerzyć poprzez odpowiednie ułożenie podłokietników?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Zadania III

Czy w punkcie 16 Zamawiający dopuści brak blokady kierunkowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.